

Поверка

осуществляется по ГОСТ OILM R111-1-2009 «ГСИ. Гири классов E₂, F₁, F₂, M₁, M₁₋₂, M₂, M₂₋₃ и M₃. Часть 1. Метрологические и технические требования»
Приложение ДА.