

Поверка

осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.461-2009 «ГСИ Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки» и Рекомендацией МИ 3414-2013 «ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины и меди ТС с монтажной длиной от 8 до 120 мм. Методика поверки».