

Поверка

канала измерений рН и Т осуществляется по ГОСТ Р 8.857-2013 ГСИ. рН-метры. Методика поверки;

Поверка канала измерений ОВП осуществляется по ГОСТ 8.639-2014 ГСИ. Электроды для определения окислительно-восстановительного потенциала. Методика поверки;

Поверка канала измерений УЭП осуществляется по ГОСТ 8.292-2013 ГСИ. Кондуктометры жидкости лабораторные. Методика поверки