

Поверка

осуществляется в соответствии с приложением ДА «Методика поверки весов»
ГОСТ OIML R 76-1–2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1.
Метрологические и технические требования. Испытания».