

## **Поверка**

осуществляется по:

- ГОСТ Р 8.722-2010 «ГСИ. Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика поверки» при измерении удельной электрической проводимости;
- ГОСТ Р 8.857-2013 «ГСИ. рН-метры. Методика поверки» при измерении рН и температуры;
- ГОСТ 8.639-2014 «ГСИ. Электроды для определения окислительно-восстановительного потенциала. Методика поверки» при измерении окислительно-восстановительного потенциала.