

Поверка

осуществляется по МИ 2194-92 «Рекомендации. ГСИ. Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки».