

## **УТВЕРЖДАЮ**

**Первый заместитель генерального  
директора – заместитель  
по научной работе  
ФГУП «ВНИИФТРИ»**



А.Н. Щипунов

2020 г.

## **Государственная система обеспечения единства измерений**

## Генераторы сигналов М9384В

## МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

651-20-057 МП

2020 г.

## **1 Общие положения**

1.1 Настоящая методика распространяется на генераторы сигналов M9384B (далее по тексту – генераторы), компании «Keysight Technologies Inc.», США и «Keysight Technologies Malaysia Sdn. Bhd.», Малайзия, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками – 1 год.

## **2 Операции поверки**

2.1 При поверке выполняют операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	да	да
2 Опробование	7.2	да	да
3 Определение метрологических характеристик	8	да	да
3.1 Определение относительной погрешности установки частоты	8.1	да	да
3.2 Определение максимального уровня выходного сигнала	8.2	да	да
3.3 Определение абсолютной погрешности установки уровня выходного сигнала	8.3	да	да
3.4 Определение уровня гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала	8.4	да	да
3.5 Определение уровня субгармонических составляющих относительно уровня несущей частоты	8.5	да	да
3.6 Определение уровня фазовых шумов	8.6	да	да
3.7 Определение динамического диапазона импульсного модулирующего сигнала	8.7	да	да
3.8 Определение минимальной длительности фронта/среза импульсного модулирующего сигнала	8.8	да	да
3.9 Определение длительности фронта/среза импульсного модулирующего сигнала	8.9	да	да
4 Проверка программного обеспечения	9	да	да

2.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и прибор бракуется.

2.3 Предусматривается возможность проведения поверки меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений для данного средства измерений, которые используются при эксплуатации по соответствующим пунктам настоящей методики поверки. Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах и свидетельстве о поверке на основании решения эксплуатанта, оформленного в произвольной форме.

### **3 Средства поверки**

3.1 При проведении поверки используют средства измерений и вспомогательное оборудование, представленное в таблице 2.

Таблица 2

№ пунктов методики поверки	Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки; номер документа регламентирующего технические требования к рабочим эталонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.1	Частотомер универсальный CNT-90XL, диапазон частот от 0,001 Гц до 46 ГГц (с опцией 46G), пределы допускаемой погрешности $\pm 2 \cdot 10^{-8}$
8.1	Стандарт частоты рубидиевый FS 725, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты 5, 10 МГц $\pm 5 \cdot 10^{-10}$
8.2, 8.3	Преобразователь измерительный U8487A, диапазон частот от 0,01 до 50 ГГц, динамический диапазон от минус 35 до 20 дБм, пределы допускаемой погрешности измерений мощности $\pm (\text{от } 2,2 \text{ до } 5,0)\%$
8.3, 8.4, 8.5, 8.7	Анализатор спектра N9030B, диапазон частот от 3 Гц до 44 ГГц, динамический диапазон от минус 155 до 30 дБм, пределы допускаемой погрешности измерений уровня $\pm (\text{от } 0,35 \text{ до } 4,1) \text{ дБ}$
8.6	Анализаторы источников сигналов E5052A/B с СВЧ преобразователями частоты E5053A и смесителем серии 11970A, диапазон измеряемых частот от 50 кГц до 110 ГГц, максимальный динамический диапазон 110 дБ, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня $\pm 1,0 \text{ дБ}$
8.8, 8.9	Осциллограф стробоскопический широкополосный 86100C с модулями 86112A или 54754A, полоса пропускания не менее 18 ГГц, диапазон значений коэффициента отклонения от 1 мВ/дел до 1 В/дел, пределы допускаемой погрешности измерений временных интервалов $\pm (0,001T + 8 \text{ пс})$ , где T - измеряемый временной интервал

3.2 Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.

3.3 Все средства поверки должны быть исправны и иметь свидетельства о поверке.

### **4 Требования безопасности**

4.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (изд.3) и требования безопасности, указанные в технической документации на применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

4.2 Проверка генераторов должна осуществляться лицами со среднетехническим или высшим образованием, ознакомленными с руководством по эксплуатации (РЭ) и документацией по поверке, имеющими право на проведение поверки.

### **5 Условия поверки**

При проведении поверки генераторов необходимо соблюдение следующих требований к условиям внешней среды:

- температура окружающей среды  $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;

## **6 Подготовка к поверке**

Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выдержать генератор в условиях, указанных в п. 5 в течение не менее 1 ч;
- выполнить операции, указанные в технической документации фирмы-изготовителя на поверяемый генератор по его подготовке к поверке;
- выполнить операции, указанные в технической документации на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
- осуществить предварительный прогрев средств поверки для установления их рабочего режима.

## **7 Проведение поверки**

### **7.1 Внешний осмотр**

7.1.1 При проведении внешнего осмотра установить соответствие генератора следующим требованиям:

- наружная поверхность не должна иметь следов механических повреждений, которые могут влиять на работу генератора;
- разъемы должны быть чистыми;
- соединительные провода должны быть исправными;
- комплектность генератора должна соответствовать указанной в технической документации фирмы-изготовителя.

7.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются требования, приведенные в п. 7.1.1.

### **7.2 Опробование**

7.2.1 Включить генератор и дать прогреться в течение 30 минут.

Выполнить процедуру диагностики в соответствии с технической документацией фирмы - изготовителя на генератор.

7.2.2 Результаты опробования считать положительными, если в процессе диагностике отсутствуют сообщения об ошибках.

## **8 Определение метрологических характеристик**

### *8.1 Определение относительной погрешности установки частоты генератора*

8.1.1 Относительную погрешность установки частоты определить во всем диапазоне частот путем измерения частоты колебаний при соединении приборов по схеме, приведенной на рисунке 1.



Рисунок 1

С генератора подать на частотомер гармонический сигнал. Выбрать пять значений частот сигнала равномерно распределенных по диапазону частот. Крайние значения частот выбрать обязательно.

Относительную погрешность установки частоты генератора ( $\Delta_f$ ) вычислить по формуле (1):

$$\Delta_f = (f_{изм} - f_{уст}) / f_{уст} \quad (1)$$

где:  $f_{уст}$  – значение частоты генератора,

$f_{изм}$  – значение частоты, измеренное частотометром.

8.1.2 Результаты поверки считать положительными, если значение погрешности установки частоты находится в пределах  $\pm 1,6 \cdot 10^{-7}$ .

### 8.2 Определение максимального уровня выходного сигнала

8.2.1 Определение максимального уровня выходного сигнала проводить путем прямых измерений установленного максимального нормированного значения уровня генератора с показаниями преобразователя измерительного U8487A.

Измерения провести на трех равномерно распределенных частотах поддиапазона измерений. Крайние значения часто выбирать обязательно.

Измерения провести как с выключенным фильтром гармоник, так и с включенным. Измерения провести с учетом установленных опций.

8.2.2 Результаты поверки считать положительными, если максимальный уровень выходного сигнала не менее значений, приведённых в таблице 3.

Таблица 3 - Максимальный уровень выходного сигнала

Наименование характеристики	Значение	
	Максимальный выходной уровень, дБм	
	Опции F14 и F20	
	фильтр гармоник выключен	фильтр гармоник включен
Максимальный выходной уровень, не менее, дБм		
от 10,0 до 200 МГц включ.	+18	+17
св. 200 до 400 МГц включ.	+19	+13
св. 0,4 до 1,0 ГГц включ.	+20	+15
св. 1,0 ГГц до 1,5 ГГц включ.	+20	+13
св. 1,5 до 12,0 ГГц включ.	+22	+22
св. 12,0 до 18,0 ГГц включ.	+21	+21
св. 18,0 до 20,0 ГГц	+20	+20
опции F32 и F44		
Максимальный выходной уровень, не менее, дБм	стандартная комплектация	
	фильтр гармоник выключен	фильтр гармоник включен
от 10,0 до 200 МГц включ.	+14	+13
св. 200 до 400 МГц включ.	+12	+8
св. 0,4 до 1,0 ГГц включ.	+11	+7
св. 1,0 ГГц до 1,5 ГГц включ.	+18	+10
св. 1,5 до 18,0 ГГц включ.	+18	+18
св. 18,0 до 20,0 ГГц включ.	+15	+15
св. 20,0 до 35,0 ГГц включ.	+18	+18
св. 35,0 до 37,0 ГГц включ.	+15	+15
св. 37,0 до 41,0 ГГц включ.	+15	+15
св. 41,0 до 43,5 ГГц включ.	+13	+13
св. 43,5 до 44,0 ГГц	+11	+11
Опция 1ЕВ или 1ЕЕ		
	фильтр гармоник выключен	фильтр гармоник включен
	фильтр гармоник включен	фильтр гармоник включен
от 10,0 до 200 МГц включ.	+14	+14
св. 200 до 400 МГц включ.	+12	+12
св. 0,4 до 1,0 ГГц включ.	+11	+11
св. 1,0 ГГц до 1,5 ГГц включ.	+18	+18
св. 1,5 до 18,0 ГГц включ.	+18	+20
св. 18,0 до 20,0 ГГц включ.	+15	+15
св. 20,0 до 35,0 ГГц включ.	+18	+19
св. 35,0 до 37,0 ГГц включ.	+15	+17
св. 37,0 до 41,0 ГГц включ.	+15	+18
св. 41,0 до 43,5 ГГц включ.	+13	+14
св. 43,5 до 44,0 ГГц	+11	+14

### 8.3 Определение абсолютной погрешности установки уровня выходного сигнала

8.3.1 Определить абсолютную погрешность установки уровня выходного сигнала путём прямых измерений установленного значения уровня выходного сигнала с показаниями преобразователя измерительного U8487A в соответствии с частотным диапазоном, и анализатора спектра N9030B (рисунок 2).




Рисунок 2

Абсолютную погрешность установки уровня выходного сигнала определить по формуле (2):

$$\Delta P = P_{\text{уст}}[\text{дБм}] - P_{\text{изм}}[\text{дБм}], \quad (2)$$

где  $P_{\text{уст}}$  - установленное значение уровня выходного сигнала, дБм;

$P_{\text{изм}}$  – измеренное значение уровня выходного сигнала, дБм.

8.3.2 Измерения провести на частотах и уровнях выходного сигнала согласно таблице 4.

Таблица 4

Наименование характеристики	Значение			
	от макс. до +5 дБм включ.	менее +5 до -40 дБм включ.	менее -40 до -80 дБм включ.	менее -80 до -90 дБм
от 10 до 200 МГц включ.	±1,3	±1,3	±1,3	±1,2
св. 200 до 400 МГц включ.	±1,1	±1,2	±1,0	±1,1
св. 400 МГц до 3,6 ГГц включ.	±1,5	±1,2	±1,4	±2,8
св. 3,6 до 16 ГГц включ.	±1,4	±1,3	±1,4	±1,7
св. 16 до 20 ГГц включ.	±1,3	±1,2	±1,2	±1,5
св. 20 до 34 ГГц включ.	±1,5	±1,8	±2,0	±2,0
св. 34 до 44 ГГц	±1,6	±1,9	±2,1	±2,4

8.3.3 На уровне выходного сигнала ниже минус 25 дБм измерения провести с помощью анализатора спектра N9030B, для уровня ниже минус 75 дБм использовать внутренний усилитель, чтобы усиливать низкие сигналы мощности.

На анализаторе спектра (АС) выполнить следующие установки:

- 1) Span: 40 kHz
- 2) Attenuator: 0 dB
- 3) Max Mixer Level: минус10 dBm
- 4) Reference Level: минус 40 dBm
- 5) 10 MHz Reference: External
- 6) Resolution Bandwidth: 100 Hz
- 7) VBW/RBW: 1
- 8) Preamplifier: On
- 9) Sweeptime: Auto
- 10) Trace Points: 401
- 11) FFT & Sweep: Manual FFT
- 12) FFTs/Span: 1

- 13) ADC Dither: On
- 14) Detector: Sample
- 15) AVG/VBW Type: Log-Pwr Avg Video
- 16) Video Averaging: On
- 17) Number of Averages: 2
- 18) Auto Align: Off
- 19) Single Sweep: On
- 20) Input Coupling: DC if frequency < 20 MHz

Процедура измерения:

- 1) Установить на генераторе уровень минус 20 дБм и первую частоту из таблицы 4.
  - 2) Установить на АС центральную частоту на 2,5 кГц выше, чем первое значение из таблицы 4.
  - 3) Маркером АС измерить пиковое значение.
  - 4) Нажать дельта-маркер
  - 5) Изменить на генераторе уровень до минус 25 дБм
  - 6) Маркером измерить разницу и прибавить к ней минус 20 дБм, тем самым получить абсолютное значение уровня мощности для первой частоты. Занести измеренное значение в таблицу 4
  - 7) Для остальных частот и уровней повторить шаги 1-6.
  - 8) Для уровня ниже минус 75 дБм и частоте ниже 2,85 ГГц включить внутренний механизм предварительного выбора АС (uW Preselector)
  - 9) Для уровня ниже минус 75 дБм и частоте выше 2,85 ГГц использовать внешний усилитель, внутренний предусилитель АС выключен - Preamplifier:Off.
- 8.3.4 Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности установки уровня выходного сигнала находятся в пределах, указанных в таблице 4.

#### *8.4 Определение уровня гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала*

8.4.1 Определение уровня гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала провести с помощью анализатора спектра N9030B. Измерения провести на частотах  $f_{\text{осн}}$  равных крайним и средней частотной точке поддиапазона (таблица 5) при уровне выходного сигнала генератора 10 дБм или максимального значении уровня выходного сигнала для данной частоты (в зависимости от того, какое значение меньше).

8.4.2 Результаты поверки считать положительными, если уровни гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала не превышают значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Наименование характеристики	Значение	
	фильтр гармоник выключен	фильтр гармоник включен
Уровень гармонических составляющих относительно основного немодулированного сигнала, не более, дБн		
от 10,0 до 200 МГц включ.	-27	-27
св. 200 до 300 МГц включ.	-30	-43
св. 300 до 400 МГц включ.	-33	-44
св. 0,4 до 2,0 ГГц включ.	-24	-46
св. 2,0 до 3,2 ГГц включ.	-44	-44
св. 3,2 до 4,3 ГГц включ.	-31	-31
св. 4,3 до 4,8 ГГц включ.	-19	-19
св. 4,8 до 6,5 ГГц включ.	-29	-29
св. 6,5 до 6,8 ГГц включ.	-18	-18
св. 6,8 до 10 ГГц включ.	-26	-26
св. 10 до 11,4 ГГц включ.	-26	-26
св. 11,4 до 17,1 ГГц включ.	-41	-41
св. 17,1 до 20 ГГц включ.	-45	-45
св. 20 до 22 ГГц включ.	-29	-29

### 8.5 Определение уровня субгармонических составляющих относительно уровня основного сигнала

8.5.1 Определение уровня субгармонических составляющих относительно уровня несущей частоты провести анализатором спектра N9030B с помощью маркеров при отстройке от несущей частоты на 3 кГц. Измерения проводить на частотах равных крайним и средней частотной точке поддиапазона при выходном уровне сигнала 9 дБм или максимального значении уровня выходного сигнала для данной частоты (в зависимости от того, какое значение меньше).

8.5.2 Результаты поверки считать положительными, если уровень негармонических составляющих по отношению к уровню несущей частоты не превышает значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Уровень субгармонических составляющих относительно основного немодулированного сигнала (уровень сигнала +9 дБм), не более, дБн	
от 10 до 50 МГц включ.	-61
св. 50 до 200 МГц включ.	-82
св. 200 до 210 МГц включ.	-60
св. 0,21 до 2,00 ГГц включ.	-81
св. 2,00 до 2,45 ГГц включ.	-59
св. 2,45 до 6,00 ГГц включ.	-81
св. 6,0 до 9,5 ГГц включ.	-45
св. 9,5 до 11,0 ГГц включ.	-38
св. 11,0 до 12,0 ГГц включ.	-63
св. 12,0 до 19,0 ГГц включ.	-36
св. 19,0 до 19,5 ГГц включ.	-30
св. 19,5 до 44,0 ГГц включ.	-69

### 8.6 Определение уровня фазовых шумов

8.8.1 Уровень фазовых шумов генератора определить анализатором источников сигналов E5052A/B с СВЧ преобразователями частоты E5053A при значениях отстройке от несущей, приведённых в таблицах 7 и 8. На генераторе сигналов установить значение уровня выходного сигнала 10 дБм или максимального значения уровня выходного сигнала для данной частоты (в зависимости от того, какое значение меньше). Провести измерения уровня фазовых шумов генератора на частотах, указанных в таблицах 7 и 8, в соответствии с установленными опциями.

8.6.2 Результаты поверки считать положительными, если уровень фазовых шумов не превышает значений, приведенных в таблицах 7 и 8.

Таблица 7

Наименование характеристики	Значение								
	отстройка от несущей								
	1 Гц	10 Гц	100 Гц	1 кГц	10 кГц	100 кГц	1 МГц	10 МГц	100 МГц
Уровень однополосных фазовых шумов (опция ST6), не более, дБн/Гц									
от 1 до 100 МГц включ.	-81	-102	-114	-125	-132	-132	-132	-131	-129
св. 100 до 250 МГц включ.	-75	-97	-108	-121	-130	-133	-134	-132	-132
св. 250 до 500 МГц включ.	-71	-96	-106	-128	-134	-133	-133	-131	-131
св. 0,5 до 1,0 ГГц включ.	-65	-88	-100	-125	-133	-133	-135	-133	-132
св. 1 до 2 ГГц включ.	-59	-84	-94	-121	-131	-134	-137	-136	-135
св. 2,0 до 3,2 ГГц включ.	-54	-79	-88	-117	-127	-133	-139	-137	-138
св. 3,2 до 10,0 ГГц включ.	-42	-69	-80	-108	-120	-128	-136	-140	-139
св. 10 до 20 ГГц включ.	-38	-64	-74	-100	-113	-120	-128	-133	-133
св. 20 до 30 ГГц включ.	-35	-61	-71	-97	-110	-117	-125	-130	-130
св. 30 до 40 ГГц	-32	-58	-68	-94	-107	-114	-122	-127	-127

Таблица 8

Наименование характеристики	Значение								
	отстройка от несущей								
	1 Гц	10 Гц	100 Гц	1 кГц	10 кГц	100 кГц	1 МГц	10 МГц	100 МГц
Уровень однополосных фазовых шумов (опция ST5), не более, дБн/Гц									
от 1 до 100 МГц включ.	-77	-98	-112	-122	-129	-132	-131	-130	-129
св. 100 до 250 МГц включ.	-70	-91	-107	-119	-126	-132	-133	-131	-130
св. 250 до 500 МГц включ.	-67	-86	-102	-128	-132	-133	-132	-130	-130
св. 0,5 до 1,0 ГГц включ.	-59	-80	-92	-120	-131	-133	-134	-132	-130
св. 1 до 2 ГГц включ.	-55	-74	-94	-116	-127	-133	-135	-134	-134
св. 2,0 до 3,2 ГГц включ.	-51	-69	-88	-113	-122	-131	-136	-136	-137
св. 3,2 до 10 ГГц включ.	-40	-60	-80	-103	-113	-122	-131	-137	-138
св. 10 до 20 ГГц включ.	-36	-54	-69	-94	-108	-115	-125	-131	-132
св. 20 до 30 ГГц включ.	-32	-50	-65	-90	-104	-111	-121	-127	-128
св. 30 до 40 ГГц	-30	-48	-63	-88	-102	-109	-119	-125	-126

### 8.7 Определение динамического диапазона импульсного модулирующего сигнала

8.7.1 Определение параметров сигнала проводить анализатором спектра N9030B на частотах основного сигнала равных крайним и среднему значению частоты поддиапазона.

8.7.2 Собрать схему в соответствии с рисунком 2. На генераторе выключить IQ модуляцию и импульсную модуляцию. Не включая генерацию сигнала провести измерения при помощи анализатора сигналов маркером на частоте соответствующей Таблице 9. Включить дельта маркер. Включить импульсную модуляцию и генерацию сигнала амплитудой 5 дБм, частотой в соответствии с Таблицей 9. Получить значение дельта-маркера. Повторить измерения на других частотах

8.7.3 Повторить измерения для каждого канала. Результаты поверки считать положительными, если разница значения уровня мощности сигнала с выключенной и включенной ИМ в абсолютной величине больше значений указанных в таблице 9.

Таблица 9

Наименование характеристики	Значение	
	Опции F14 и F20	Опции F32 и F44
Подавление в паузе радиоимпульсного сигнала без использования IQ модуляций, дБ от 10 МГц до 3,2 ГГц включ.	88	87
св. 3,2 до 11 ГГц включ.	78	57
св. 11 до 12,5 ГГц включ.	64	42
св. 12,5 до 17 ГГц включ.	72	47
св. 17 до 20 ГГц включ.	69	50
св. 20 до 30,8 ГГц включ.	-	74
св. 30,8 до 44 ГГц включ.	-	80

### 8.8 Определение минимальной длительности импульсного модулирующего сигнала

8.8.1 Собрать схему согласно рисунку 3.




Рисунок 3

8.8.2 На генераторе установить уровень выходной мощности 5 дБм, АРУ вкл., параметры несущей частоты выходного сигнала согласно таблице 10. Установить минимально возможное значение длительности импульса. Провести измерения длительности импульса с помощью осциллографа 86100С с модулем 86112А или 54754А.

8.8.3 Повторить измерения для второго канала при наличии опции 002.

8.8.4 Результаты поверки считать положительными, если значения установленной минимальной длительности импульса (скважность не меньше 2), не превышают значений в таблице 10.

Таблица 10

Наименование характеристики	Значение	
Минимальная длительность импульса (скважность не меньше 2), не более, нс	АРУ вкл.	АРУ выкл.
от 10 МГц до 20 ГГц	$1 \cdot 10^3$	100
св. 20 до 44 ГГц	$1 \cdot 10^3$	30

### 8.9 Определение длительности фронта/среза импульсного модулирующего сигнала

8.9.1 Собрать схему согласно рисунку 3.

8.9.2 На генераторе установить уровень выходной мощности 2 дБм, выключить АРУ, Ширина импульсов = 2.00 мкс, параметры несущей частоты выходного сигнала согласно таблице 11.

Результаты поверки считать положительными, если значения погрешность находится в пределах согласно таблице 11.

Таблица 11

Несущая частота, МГц	Максимальное допустимое значение, нс	
	Время нарастания	
10		14
500		14
1000		14
5000		14
10000		14
20000		14
30000		14
40000		14
Время спада		
10		14
500		14
1000		14
5000		14
10000		14
20000		14
30000		14
40000		14

## 9 Проверка программного обеспечения

9.1 Проверку соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения проводить в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Результаты проверки считать положительными, если идентификационные данные программного обеспечения соответствуют, данным приведённым в таблице 12.

Таблица 12

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	M9384B VXG Microwave Signal Generator Instrument Software
Номер версии (идентификационный номер) ПО	Не ниже A.03.04
Цифровой идентификатор ПО	-

## 10 Оформление результатов проведения поверки

10.1 При положительных результатах поверки на генераторы выдается свидетельство установленной формы.

При проведении поверки для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах и свидетельстве о поверке на основании решения эксплуатанта, оформленного в произвольной форме.

10.2 Значения характеристик, определенные в процессе поверки при необходимости заносятся в документацию.

10.3 В случае отрицательных результатов поверки применение генератора запрещается, на него выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин.

Начальник НИО-1

О.В. Каминский

