

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Омской области»
(ФБУ «Омский ЦСМ»)

СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора
ФБУ «Омский ЦСМ»



А.В. Бессонов

М.П.

«05» октября 2021 г.



Государственная система обеспечения единства измерений
Каналы измерения
параметров вибрации, напряжения переменного тока, частоты вращения

Методика поверки

ОЦСМ 159196-2021 МП

г. Омск
2021 г.

1 Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на каналы измерения параметров вибрации, напряжения переменного тока, частоты вращения (далее по тексту – каналы, ИК), выпускаемые ОАО «НИИТКД» по 55ДК.411734.001 ТУ, и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Допускается проведение поверки отдельных ИК в соответствии с заявлением владельца или лица, представившего его на поверку, оформленного в произвольной форме. Информация об объеме проведенной поверки передается в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

При проведении поверки по настоящей методике обеспечивается прослеживаемость каналов к государственным первичным эталонам ГЭТ27-2009, ГЭТ58-2018, ГЭТ89-2008.

Интервал между поверками каналов – 1 год.

2 Перечень операций поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения средства измерений	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений, подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям:	10	Да	Да
- ИК параметров вибрации	10.1	Да	Да*
- ИК напряжения переменного тока	10.2	Да	Да*
- ИК частоты вращения	10.3	Да	Да*

* – При наличии заявления о проведении поверки отдельных ИК от владельца или лица, представившего каналы на поверку, поверка проводится только в части заявляемых на поверку ИК.

3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С от 15 до 25;
- относительная влажность, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки допускаются лица из числа специалистов, допущенных к поверке, работающих в организации, аккредитованной на право поверки средств измерений виброакустических, электротехнических величин, частоты и ознакомившихся с настоящей методикой поверки и эксплуатационной документацией на каналы и средства их поверки.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, приведенные в таблице 2.

5.2 Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны быть аттестованы в установленном порядке. Средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены в установленном порядке.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего основные технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.3-8.5, 10.1	Поверочная виброустановка 2-го разряда по Государственной поверочной схеме для средств измерений виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения, утвержденной Приказом Росстандарта от 27.12.2018 г. № 2772
8.6-8.8, 10.2	Калибратор универсальный Н4-6 (рег. № 16690-97): U_n : 0,2; 2; 20 В; - $\Delta_{(от\ 0,1\ Гц\ до\ 20\ кГц)}$: $\pm (1,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 1,5 \cdot 10^{-5} \cdot U_n + 30\ мкВ)$ В; - $\Delta_{(от\ 21\ кГц\ до\ 50\ кГц)}$: $\pm (2,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 2,5 \cdot 10^{-5} \cdot U_n + 35\ мкВ)$ В
8.9-8.11, 10.3	Генератор сигналов произвольной формы 33210А (рег. № 62209-15): - от 1 мГц до 10 МГц; - Δ : $\pm (20 \cdot 10^{-6} \cdot F + 3 \cdot 10^{-12})$ Гц
7, 8, 9, 10	Прибор комбинированный Testo 622 (рег. №53505-13): - от - 10 до + 60 °С; Δ : $\pm 0,4$ °С; - от 10 до 95 %; Δ : ± 3 %; - от 300 до 1200 гПа; Δ : ± 5 гПа
Примечание – В таблице приняты следующие обозначения: Δ – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, единица величины; U_n – верхний предел поддиапазона воспроизведения напряжения переменного тока синусоидальной формы, В; U – значение воспроизводимого напряжения переменного тока синусоидальной формы, В; F – установленное значение частоты сигнала, Гц.	

5.3 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик каналов с требуемой точностью.

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током каналы относятся к III классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.2 При проведении поверки соблюдают требования безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.004-91.

6.3 При проведении поверки соблюдают требования правил безопасности при эксплуатации каналов и средств поверки, приведенных в их эксплуатационных документах.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 В ходе внешнего осмотра устанавливают:

7.1.1 Соответствие требованиям к комплектности, приведенным в формуляре.

7.1.2 Соответствие требованиям к маркировке: на боковой поверхности каждой установки измерительной должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение каналов;
- месяц и год изготовления;
- знак утверждения типа средств измерений.

7.2 Измерительные и вспомогательные компоненты каналов не должны иметь визуально определяемых внешних повреждений и должны быть надежно соединены и закреплены.

7.3 Соединительные линии (кабели, провода) не должны иметь повреждений изоляции и экранирования и должны быть надежно соединены с кабельными разъемами, клеммными колодками и т.д.

7.4 Каналы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к дальнейшей поверке не допускаются.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Подключают установки измерительные к ПК через кабель USB (или Ethernet), подключают питание, проверяют наличие световой индикации включения установок измерительных.

8.2 Запускают программное обеспечение (ПО), проверяют его конфигурацию на соответствие количеству и типу ИК.

8.3 Устанавливают датчик вибрации поверяемого ИК на поверочную виброустановку, задают уровень СКЗ виброускорения 10 м/с^2 на базовой частоте 159,2 Гц.

8.4 В экране программы регистрируют измеренные значения СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения.

8.5 Проверку по п.п.8.3-8.4 выполняют для всех ИК параметров вибрации.

8.6 Подключают калибратор к поверяемому ИК напряжения переменного тока в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А. Подают с калибратора переменное напряжение синусоидальной формы (СКЗ 1 В, частота 1 кГц).

8.7 В экране программы регистрируют измеренные значения СКЗ напряжения переменного тока.

8.8 Проверку по п.п.8.6-8.7 выполняют для всех ИК напряжения переменного тока.

8.9 Подключают генератор к поверяемому ИК частоты вращения в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А. Подают с генератора сигнал прямоугольной формы (амплитуда 1 В, частота 100 Гц).

8.10 В экране программы регистрируют измеренные значения частоты сигнала.

8.11 Проверку по п.п.8.9-8.10 выполняют для всех ИК частоты вращения.

8.12 Допускается проводить операции по п.п.8.3-8.11 совместно с соответствующими операциями по п.10.1-10.3.

8.13 Результаты опробования считают положительными, если:

- конфигурация ПО соответствует количеству ИК каждого параметра;
- при подаче воздействия на вход ИК на экране программы отображаются соответствующие измеренные значения физических величин.

9 Проверка программного обеспечения средства измерений

9.1 Находясь в главном экране программы, нажимают кнопку «Настройки», выбирают пункт меню «О программе».

9.2 Считывают в открывшемся окне идентификационное наименование ПО и номер версии ПО.

9.3 Результат проверки считают положительным, если идентификационное наименование ПО и номер версии ПО соответствуют приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Prognoz
Номер версии (идентификационный номер) ПО	008.2 и выше
Цифровой идентификатор ПО	недоступен

10 Определение метрологических характеристик средства измерений, подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

10.1 ИК параметров вибрации

10.1.1 Определение основной относительной погрешности измерения СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения в рабочем диапазоне значений на базовых частотах.

10.1.1.1 Устанавливают датчик вибрации поверяемого ИК на поверочную виброустановку.

10.1.1.2 Определение основной относительной погрешности измерений СКЗ виброускорения проводят при следующих значениях, задаваемых на поверочной виброустановке:

- частота колебаний 159,2 Гц;
- СКЗ виброускорения 0,3; 1; 2; 5; 10; 20; 40; 100; 300 м/с².

10.1.1.3 Определение основной относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости проводят при следующих значениях, задаваемых на поверочной виброустановке:

- частота колебаний 80 Гц;
- СКЗ виброскорости 0,3; 1; 4; 10; 20; 40; 100; 600 мм/с.

10.1.1.4 Определение основной относительной погрешности измерений СКЗ виброперемещения проводят при следующих значениях, задаваемых на поверочной виброустановке:

- частота колебаний 40 Гц;
- СКЗ виброперемещения 3; 10; 100; 158; 634; 998; 1500; 4750 мкм.

10.1.1.5 В экране программы регистрируют измеренные значения СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения.

10.1.1.6 По результатам каждого измерения определяют основную относительную погрешность измерения СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения в рабочем диапазоне значений на базовых частотах δ_{Ai} , %, по формуле:

$$\delta_{Ai} = \frac{X_{изм\ i} - X_{д\ i}}{X_{д\ i}} \cdot 100, \quad (1)$$

где $X_{изм\ i}$ – результат измерений при i -ом значении входного сигнала СКЗ виброускорения (м/с²), СКЗ виброскорости (мм/с) или СКЗ виброперемещения (мкм);

$X_{д\ i}$ – действительное значение i -ого входного сигнала СКЗ виброускорения (м/с²), СКЗ виброскорости (мм/с) или СКЗ виброперемещения (мкм), задаваемое поверочной виброустановкой.

10.1.1.7 Основная относительная погрешность измерений СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения в рабочем диапазоне значений на базовых частотах не должна превышать установленных пределов $\pm 3,0$ %.

10.1.2 Определение основной относительной погрешности измерения СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения в рабочем диапазоне частот

10.1.2.1 Устанавливают датчик вибрации поверяемого ИК на поверочную виброустановку.

10.1.2.2 Определение основной относительной погрешности измерений СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения проводят при значениях, задаваемых на поверочной виброустановке и приведенных в таблице 4.

10.1.2.3 В экране программы регистрируют измеренные значения СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения.

Таблица 4

№ п/п	Частота колебаний, Гц	СКЗ виброускорения, м/с ²	СКЗ виброскорости, мм/с	СКЗ виброперемещения, мкм
1	2	0,5	—	—
2	5	3,0	—	—
3	10	10,0	16,0	100
4	20	10,0	16,0	100
5	40	10,0	16,0	100
6	80	10,0	16,0	100
7	159,2	10,0	16,0	100
8	200	10,0	16,0	100
9	315	10,0	16,0	—
10	630	10,0	16,0	—
11	1000	10,0	16,0	—
12	2000	10,0	—	—
13	3000	10,0	—	—
14	5000	10,0	—	—
15	6000	10,0	—	—
16	7000	10,0	—	—
17	8000	10,0	—	—
18	9000	10,0	—	—
19	10000	10,0	—	—

Примечание – На частотах, где технически невозможно получить указанное значение СКЗ виброускорения, виброскорости, виброперемещения основную относительную погрешность определяют при значениях СКЗ виброускорения, виброскорости, виброперемещения достижимых для виброустановки.

10.1.2.4 По результатам каждого измерения определяют основную относительную погрешность измерения СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения в рабочем диапазоне частот δ_{fi} , %, по формуле:

$$\delta_{fi} = \frac{X_{изм\ i} - X_{д\ i}}{X_{д\ i}} \cdot 100, \quad (2)$$

где $X_{изм\ i}$ – результат измерений при i -ом значении входного сигнала СКЗ виброускорения (м/с²), СКЗ виброскорости (мм/с) или СКЗ виброперемещения (мкм);

$X_{д\ i}$ – действительное значение i -ого входного сигнала СКЗ виброускорения (м/с²), СКЗ виброскорости (мм/с) или СКЗ виброперемещения (мкм), задаваемое поверочной виброустановкой.

10.1.2.5 Основная относительная погрешность измерений СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения в рабочем диапазоне частот не должна превышать установленных пределов $\pm 3,0$ %.

10.2 ИК напряжения переменного тока

10.2.1 Подключают калибратор к поверяемому ИК напряжения переменного тока в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А.

10.2.2 Определение основной приведенной (к верхнему пределу диапазона измерений) погрешности измерений СКЗ напряжения переменного тока проводят, подавая с калибратора сигналы переменного напряжения синусоидальной формы, параметры которых приведены в таблице 5.

10.2.3 В экране программы регистрируют измеренные значения СКЗ напряжения переменного тока.

Таблица 5

№ п/п	Частота напряжения переменного тока, Гц	СКЗ напряжения переменного тока, мВ	№ п/п	Частота напряжения переменного тока, Гц	СКЗ напряжения переменного тока, мВ
1	2	1000	10	20000	1000
2	3	1000	11	30000	1000
3	5	1000	12	35000	1000
4	10	1000	13	1000	3
5	50	1000	14	1000	10
6	100	1000	15	1000	100
7	500	1000	16	1000	1000
8	5000	1000	17	1000	3000
9	10000	1000	—	—	—

10.2.4 По результатам каждого измерения определяют основную приведенную (к верхнему пределу диапазона измерений) погрешность измерений СКЗ напряжения переменного тока δ_{U_i} , %, по формуле:

$$\delta_{U_i} = \frac{U_{изм\ i} - U_{д\ i}}{U_n} \cdot 100, \quad (3)$$

где $U_{изм\ i}$ – результат измерений при i -ом значении входного сигнала СКЗ напряжения переменного тока, мВ;

$U_{д\ i}$ – действительное значение i -ого входного сигнала СКЗ напряжения переменного тока, задаваемое калибратором, мВ;

U_n – нормирующее значение, равное верхнему пределу диапазона измерений ($U_n = 3000$), мВ.

10.2.5 Основная приведенная (к верхнему пределу диапазона измерений) погрешность измерений СКЗ напряжения переменного тока не должна превышать установленных пределов $\pm 0,5$ %.

10.3 ИК частоты вращения

10.3.1 Подключают генератор к поверяемому ИК частоты вращения в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А.

10.3.2 Определение основной относительной погрешности измерений частоты вращения проводят, подавая с генератора сигналы прямоугольной формы, параметры которых приведены в таблице 6.

10.3.3 В настройках программы устанавливают время выборки, соответствующее заданной частоте (см. таблицу 6), и регистрируют измеренные значения частоты сигнала.

Таблица 6

№ п/п	Амплитуда, В	Частота сигнала, Гц	Время выборки, с	№ п/п	Амплитуда, В	Частота сигнала, Гц	Время выборки, с
1	1	0,05	40	8	1	50	1
2	1	0,1	20	9	1	100	1
3	1	0,5	12	10	1	200	1
4	1	1	4	11	1	300	1
5	1	5	2	12	1	500	1
6	1	10	1	13	1	1000	1
7	1	20	1	—	—	—	—

10.3.4 По результатам каждого измерения определяют основную относительную погрешность измерений частоты вращения δ_{F_i} , Гц, по формуле:

$$\delta_{F_i} = \frac{N_{изм\ i} - F_{д\ i}}{F_{д\ i}} \cdot 100, \quad (4)$$

где $N_{изм\ i}$ – результат измерений при i -ом значении входного сигнала частоты, об/мин;

$F_{д\ i}$ – действительное значение i -ого входного сигнала частоты, задаваемое генератором, Гц.

10.3.5 Основная относительная погрешность измерений частоты вращения не должна превышать установленных пределов $\pm 0,1$ %.

11 Оформление результатов поверки

11.1 Сведения об объеме и результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.


11.2 Знак поверки наносится на пломбу-наклейку, устанавливаемую на корпус установок измерительных, в виде оттиска поверительного клейма.

11.3 По заявлению владельца каналов или лица, представивших их на поверку, на каналы выдается:

- в случае положительных результатов поверки – свидетельство о поверке установленного образца;

- в случае отрицательных результатов поверки – извещение о непригодности к применению установленного образца с указанием причин непригодности.

Приложение А
(обязательное)
Схема подключения



A1 – Калибратор или генератор
A2 – модуль измерительный LTR25
R1 – резистор C2-29B-0,5-388 Ом $\pm 1,0\%$