



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
ФБУ «Ростест-Москва»



А.Д. Меньшиков

"29" сентября 2023 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

ПИПЕТКИ ГРАДУИРОВАННЫЕ 1-ГО КЛАССА ТОЧНОСТИ

Методика поверки

РТ-МП-4908-01-2023

г. Москва  
2023 г.

## 1 Общие положения

Настоящая методика распространяется на пипетки градуированные 1-го класса точности (далее – пипетки) и устанавливает методику их первичной поверки до ввода в эксплуатацию.

Выполнение всех требований настоящей методики обеспечивает прослеживаемость поверяемого средства измерений к Государственному первичному эталону единицы массы (килограмма) ГЭТЗ-2020 в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расхода жидкости (часть 3-я), утвержденной приказом Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356.

В настоящей методике поверки используется метод косвенных измерений (взвешивание дистиллированной воды, наполняющей пипетку).

Допускается проводить выборочную поверку пипеток в соответствии с разделами 7-9 настоящей методики.

Выборочную поверку проводят по одноступенчатому выборочному плану для общего контрольного уровня I при приемлемом уровне качества (AQL) равном 1,0 по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества».

Объем выборки определяется в соответствии с таблицей 1. Партия формируется в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Отбор образцов из партии производится в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.

Результаты выборочного контроля распространяются на всю партию пипеток. Партию считают соответствующей требованиям настоящей методики, если число забракованных единиц в выборке меньше или равно приемочному числу, и не соответствующей, если число забракованных единиц в выборке равно или больше браковочного числа.

В случае признания партии не соответствующей требованиям таблицы 1, все пипетки из данной партии подлежат индивидуальной поверке в соответствии с разделами 7-9 настоящей методики.

Таблица 1 – Перечень критериев

Объем партии, шт.	Объем выборки, шт.	Приемочное число Ac	Браковочное число Re
от 2 до 15	2	0	1
от 16 до 25	3	0	1
от 26 до 90	5	0	1
от 91 до 150	8	0	1
от 151 до 280	13	0	1
от 281 до 500	20	0	1
от 501 до 1200	32	1	2
от 1201 до 3200	50	1	2
от 3201 до 10000	80	2	3
от 10001 до 35000	125	3	4
от 35001 до 150000	200	5	6
от 150001 до 500000	315	7	8
от 500001 и выше	500	10	11

## 2 Перечень операций поверки

При проведении первичной поверки выполняют операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень операций поверки

Наименование операции	Обязательность выполнения операций поверки при первичной поверке	Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
Внешний осмотр	Да	7
Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	8.1.1
Опробование (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	8.2
Определение основных размеров (длины пипеток) (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	8.3
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	9

## 3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия влияющих факторов:

- температура окружающего воздуха и воды, °С от 15 до 25;
- изменение температуры воды во время поверки, °С ±2;
- относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106.

## 4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускаются лица, имеющие навыки и профессиональные знания, необходимые для выполнения работ в соответствии с областью аккредитации в соответствии с требованиями нормативных документов в установленном порядке, изучившие настоящую методику, эксплуатационную документацию на средства поверки и прошедшие инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности.

4.2 Требования к количеству специалистов в целях обеспечения безопасности работ и возможности выполнения процедур поверки отсутствуют.

## 5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 7 Внешний осмотр	Средства измерений линейных размеров в диапазоне от 0 до 15 мм, с абсолютной погрешностью при измерении в диапазоне от 0 до 0,1 мм включ. $\pm 0,010$ мм, при измерении в диапазоне св.0,1 до 5,0 мм включ. $\pm 0,015$ мм, при измерении в диапазоне св. 5,0 до 15 мм $\pm 0,020$ мм	Лупа измерительная ЛИ-3-10х, рег. № 71309-18
п. 8.1.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне от 15 °С до 25 °С, с абсолютной погрешностью $\pm 0,5$ °С; Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 30 % до 80 %, с абсолютной погрешностью $\pm 3$ %; Средства измерений абсолютного давления в диапазоне от 84 до 106 кПа, с абсолютной погрешностью $\pm 0,5$ кПа	Прибор комбинированный Testo 622, рег. № 53505-13
	Средства измерений температуры воды в диапазоне от 15 °С до 25 °С, с абсолютной погрешностью $\pm 0,1$ °С	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, рег. № 61806-15
п. 8.3 Определение основных размеров (длины пипеток)	Средства измерений линейных размеров в диапазоне от 0 до 500 мм, с абсолютной погрешностью $\pm 0,15$ мм	Линейка измерительная металлическая, рег. № 34854-07
п. 9 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Эталоны единицы массы (весы), соответствующие требованиям к эталонам не ниже рабочего эталона 5-го разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений массы, утвержденной приказом Росстандарта от 04 июля 2022 г. № 1622, в диапазоне от 1 мг до 215 г	Весы лабораторные электронные ME215S, рег. № 21464-03
	Средства измерений температуры воды в диапазоне от 15 °С до 25 °С, с абсолютной погрешностью $\pm 0,1$ °С	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, рег. № 61806-15
	Средства измерений интервалов времени в диапазоне от 2 с до 30 с, с абсолютной погрешностью $\pm 0,4$ с	Секундомер механический СОСпр-26-2-010, рег. № 11519-06

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице		

#### 5.2 Вспомогательные средства и материалы:

- стакан стеклянный лабораторный по ГОСТ 25336-82;
- резервуар для воды;
- покрывное стекло;
- фильтровальная бумага;
- хозяйственное твердое мыло;

#### 5.3 Промывочные жидкости:

- вода дистиллированная по ГОСТ Р 58144-2018;

### 6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки необходимо соблюдать:

- общие правила техники безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на средства поверки.

### 7 Внешний осмотр

7.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:

7.1.1 Соответствие комплектации, исполнения и маркировки описанию типа средства измерений.

7.1.2 Отсутствие неоплавленных сколов, трещин и посечек на поверхности пипеток.

7.1.3 Плоскость верхней части пипетки должна быть перпендикулярна к оси пипетки. Кромка верхней части не должна иметь дефектов, влияющих на требуемую точность установки мениска пальцем. Кромка должна быть слегка оплавлена или пришлифована с наружной фаской.

7.1.4 Поверхность сливного кончика должна быть гладкой и иметь форму конуса без значительных сужений канала, которые могут привести к турбулентности потока жидкости. Нижняя часть сливного кончика должна быть обработана одним из методов, указанных ниже:

- гладко отшлифована перпендикулярно к плоскости нижней оси изделия с небольшой наружной фаской и последующей оплавкой;

- гладко отшлифована перпендикулярно к оси нижней части с небольшой наружной фаской;

- плоскость нижней части отрезана перпендикулярно к оси изделия и оплавлена.

7.1.5 На пипетках должна быть нанесена шкала, соответствующая вместимости. Ширина отметок не должна быть более 0,3 мм.

7.1.6 Отметки шкал должны располагаться симметрично и перпендикулярно к продольной оси пипетки и быть параллельны между собой.

7.1.7 Оцифровка на шкалах пипеток должна быть нанесена над соответствующими отметками с правой стороны шкалы.

7.1.8 Нижние отметки и нижние оцифрованные отметки шкалы должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4 – Градуировка и оцифровка пипеток

Наименование характеристики	Значение				
	1	2	5	10	25
Номинальная вместимость пипеток, мл	1	2	5	10	25
Пипетки без установленного времени ожидания (пипетки типа 2)					
Нижняя оцифрованная отметка	0,1	0,2	0,5	2	4
Нижняя отметка	0,1	0,2	0,5	1,5	2,6
Пипетки с временем ожидания 15 с (пипетки типа 4)					
Нижняя оцифрованная отметка	0,9	1,8	4,5	8	23
Нижняя отметка	0,9	1,8	4,5	8,5	23,2

7.2 Пипетки, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

## 8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

8.1.1 Провести контроль условий поверки. Условия поверки должны удовлетворять требованиям раздела 3 настоящей методики.

8.1.2 Подготовить к работе весы в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на них.

8.1.3 До начала поверки выдержать пипетки при температуре окружающего воздуха, указанного в разделе 3, не менее двух часов.

8.1.4 При снятии показаний для получения резкого контура мениска используют экран из молочного стекла, стекла, окрашенного белой краской, или экран из белой бумаги.

8.2 Опробование пипеток проводить следующим образом:

8.2.1 Опустить нижний конец пипетки в резервуар с дистиллированной водой и наполнить пипетку водой до верхней отметки шкалы.

8.2.2 Приложить сливной кончик к внутренней стенке резервуара и слить воду из пипетки.

8.2.3 При выливании из пипетки дистиллированной воды последняя не должна собираться на внутренних стенках в виде струек, полос или капель. В противном случае представленные на поверку пипетки для очистки наполняют мыльным раствором, а затем ополаскивают дистиллированной водой.

### 8.3 Определение основных размеров (длины пипеток).

8.3.1 Основные размеры пипеток (длину) проверяют на соответствие описанию типа с использованием средств поверки, указанных в таблице 3 раздела 5 настоящей методики.

8.3.2 Измеренные значения должны соответствовать значениям, указанным в описании типа.

8.2.3 Пипетки, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

## **9 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям**

### 9.1 Определение вместимости

9.1.1 Вместимость пипеток определяют массовым методом (взвешиванием дистиллированной воды, наполняющей пипетку) на весах.

9.1.2 Вместимость пипеток измеряют в двух точках диапазона, соответствующих половинной или ближайшей к половинной (рекомендуется использовать числовую отметку, значение которой соответствует менее половины вместимости) и полной вместимостям.

9.1.3 Вместимость пипеток определяют не менее 2-х раз для независимых наполнений. За абсолютную погрешность определения вместимости пипетки (значение измеренного отклонения от номинального значения вместимости пипетки) принимают наибольшее отклонение значения вместимости от номинального значения.

9.1.4 Пипетки перед поверкой смачивают водой.

9.1.5 На весах взвешивают пустой стеклянный лабораторный стакан вместе с покровным стеклом.

9.1.6 Нижний конец пипетки опускают в резервуар с дистиллированной водой и наполняют ее на несколько миллиметров выше верхней отметки шкалы, затем верхнее отверстие пипетки быстро закрывают влажным пальцем.

9.1.7 Наполненную пипетку приподнимают над водой и удаляют всю воду с внешней стороны пипетки с помощью фильтровальной бумаги движением вниз. Удерживая пипетку вертикально, устанавливают отметку шкалы на уровне глаз так, чтобы видеть ее как касательную к кривизне мениска. Затем, слегка приподнимают палец, закрывающий верхнее отверстие пипетки, и осторожно сливают воду из пипетки настолько, чтобы нижний край мениска коснулся линии отметки шкалы. Если при этом на кончике пипетки повиснет капля, снимают ее, касаясь кончиком пипетки стенки резервуара.

9.1.8 Удерживая пипетку в вертикальном положении, прикладывают сливной кончик пипетки к внутренней стенке предварительно взвешенного стакана, слегка приподнимают палец, закрывающий верхнее отверстие пипетки, и сливают воду из пипетки до поверяемой отметки в стакан. Воду сливают сначала так, чтобы ее уровень установился на несколько миллиметров выше поверяемой отметки шкалы. Затем, не отнимая сливной кончик от стакана, закрывают верхнее отверстие пипетки пальцем и делают выдержку не менее 15 с для пипеток с временем ожидания и не менее 3 с для пипеток без установленного времени ожидания, в течение которых стекают остатки воды со стенок пипетки. После этого воду сливают точно до поверяемой отметки шкалы. Последнюю каплю воды удаляют в стакан.

9.1.9 Накрывают стакан покровным стеклом и взвешивают на весах.

9.1.10 После определения вместимости до первой поверяемой отметки пипетку снова заполняют водой до верхней отметки шкалы и, не выливая воду из стакана, определяют полную вместимость пипетки до сливного кончика аналогично п.п. 9.1.8 – 9.1.9.

9.1.11 После взвешивания измеряют температуру воды в резервуаре, из которого наполняли пипетку дистиллированной водой.

9.1.12 Определяют вместимость пипетки на поверяемой отметке по формуле:

$$V_{20} = (I_3 - I_n) \cdot Z, \quad (1)$$

где  $V_{20}$  — действительная вместимость пипетки, приведенная к температуре 20 °С, мл;

$I_3$  и  $I_n$  — масса заполненного и пустого стакана соответственно, г;

$Z$  — коэффициент, учитывающий изменение плотности воды в зависимости от температуры. Значения коэффициента  $Z$  приведены в приложении А.

9.2 Определение абсолютной погрешности вместимости

Абсолютную погрешность вместимости пипетки  $\Delta$ , мл, рассчитывают по формуле:

$$\Delta = V_n - V_{20}, \quad (2)$$

где  $V_n$  — номинальная вместимость пипетки на поверяемой отметке, мл.

9.3 Определение времени слива воды из пипетки

9.3.1 Нижний конец пипетки опускают в резервуар с дистиллированной водой и наполняют ее до верхней отметки шкалы, затем верхнее отверстие пипетки быстро закрывают влажным пальцем.

9.3.2 Наполненную пипетку приподнимают над водой и удаляют всю воду с внешней стороны пипетки с помощью фильтровальной бумаги движением вниз.

9.3.3 Открывают верхнее отверстие пипетки и одновременно включают секундомер. Вода должна вытекать полной струей. В момент прерывания струи секундомер останавливают и отсчитывают время слива воды.

9.4 Предъявленную на поверку пипетку признают соответствующей метрологическим требованиям, а результаты поверки — положительными, если абсолютная погрешность и время слива не превышают значений, приведенных в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 – Пределы допускаемой абсолютной погрешности вместимости пипеток

Наименование характеристики	Значение				
	1	2	5	10	25
Номинальная вместимость пипеток, мл					
Пределы допускаемой абсолютной погрешности вместимости при 20 °С, мл	±0,006	±0,01	±0,03	±0,05	±0,1

Таблица 6 – Время слива воды из пипеток

Номинальная вместимость пипеток, мл	Время слива, с			
	Пипетки без установленного времени ожидания (типа 2)		Пипетки с временем ожидания 15 с (типа 4)	
	не менее	не более	не менее	не более
1	5	7	2	8
2	6	9	2	8
5	8	11	5	11
10	10	13	5	11
25	11	16	9	15



В случае несоответствия пипетки критериям, изложенным в п. 9.4, пипетка признается не соответствующей метрологическим требованиям, а результаты поверки считают отрицательными.


### 10 Оформление результатов поверки

10.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510. Сведения о результатах поверки средства измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

10.2 При положительных результатах поверки на средство измерений наносится знак поверки. При проведении выборочной поверки результаты поверки распространяются на всю партию, предъявленную к поверке, при этом знак поверки наносится на каждый экземпляр средства измерений.

10.3 Требования к оформлению протокола поверки не предъявляются.

Заместитель директора филиала



Беспалов А.А.

Инженер по метрологии I категории

Андреев А.В.

Инженер по метрологии II категории

Романова Е.В.

### Значение поправочного коэффициента Z

Таблица А.1 – поправочный коэффициент, учитывающий изменение плотности воды в зависимости от температуры (ГОСТ 8.234-2013 Приложение А)

Температура воды, °С	Барометрическое давление, мм рт. ст. (кПа)					
	580 (77,33)	600 (79,99)	620 (82,66)	640 (85,33)	660 (87,99)	680 (90,66)
15	1,00182	1,00184	1,00186	1,00190	1,00192	1,00195
16	1,00195	1,00198	1,00201	1,00203	1,00206	1,00209
17	1,00210	1,00212	1,00215	1,00218	1,00221	1,00224
18	1,00226	1,00229	1,00232	1,00234	1,00237	1,00240
19	1,00243	1,00246	1,00249	1,00251	1,00254	1,00257
20	1,00262	1,00265	1,00267	1,00270	1,00272	1,00275
21	1,00281	1,00284	1,00287	1,00289	1,00292	1,00295
22	1,00302	1,00304	1,00307	1,00310	1,00312	1,00316
23	1,00323	1,00326	1,00328	1,00331	1,00334	1,00337
24	1,00346	1,00348	1,00351	1,00354	1,00357	1,00359
25	1,00370	1,00372	1,00375	1,00378	1,00380	1,00383

Температура воды, °С	Барометрическое давление, мм рт. ст. (кПа)					
	700 (93,33)	720 (95,99)	740 (98,66)	760 (101,32)	780 (103,99)	800 (106,99)
15	1,00198	1,00200	1,00204	1,00206	1,00209	1,00212
16	1,00211	1,00215	1,00217	1,00220	1,00223	1,00226
17	1,00226	1,00229	1,00232	1,00235	1,00238	1,00240
18	1,00243	1,00246	1,00248	1,00251	1,00254	1,00257
19	1,00259	1,00262	1,00266	1,00268	1,00271	1,00273
20	1,00278	1,00281	1,00284	1,00286	1,00289	1,00292
21	1,00298	1,00301	1,00303	1,00306	1,00309	1,00311
22	1,00318	1,00321	1,00324	1,00326	1,00329	1,00331
23	1,00340	1,00342	1,00345	1,00348	1,00350	1,00353
24	1,00362	1,00365	1,00367	1,00370	1,00373	1,00375
25	1,00386	1,00389	1,00391	1,00393	1,00397	1,00399