

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор



РОСТЕСТ-МОСКВА"

Б.С. Мигачев

1996 г.

Весы типа ACS-15-JJ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер N <u>I5469-96</u> Взамен N _____
---------------------	---

Выпускаются по технической документации фирмы "TaiHang Instruments Factory" (Китайская Народная Республика) в соответствии с ГОСТ 29329.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы типа ACS-15-JJ (далее - весы) предназначены для измерения массы и вычисления стоимости продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании массы продуктов в электрический сигнал на выходе тензорезисторного весоизмерительного датчика и последующей обработке этого сигнала в микропроцессорном устройстве с индикацией результатов.

Весы имеют цифровую клавиатуру для ввода цены продуктов и позволяют вычислять общую стоимость нескольких взвешенных продуктов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---|-------------|
| 1. Пределы взвешивания, кг: | 0,1-15 |
| 2. Пределы выборки массы тары, кг | 0,005-9,995 |
| 3. Дискретность и цена поверочного деления, г | 5 |
| 4. Дискретность задания цены и индикации стоимости, руб | 1 |

5. Число разрядов:	
- массы и цены	5
- стоимости	6
6. Пределы допускаемой погрешности:	
- при первичной поверке на предприятии-изготовителе и ремонтном предприятии, г, в интервалах:	
от 0,1 до 10 кг включ.	± 5
св.10 кг	± 10
- при эксплуатации и после ремонта на эксплуа- тирующем предприятии, г, в интервалах:	
от 0,1 до 2,5 кг включ.	± 5
св.2,5 до 10 кг включ.	± 10
св.10 кг	± 15
7. Порог чувствительности, г	7
8. Пределы допускаемой разности между индикацией стоимости и ее расчетным значением (по резуль- тату измерения массы), руб	$\pm 0,5$
9. Диапазон рабочих температур, °С:	$0 \frac{1}{2} + 40$
10. Параметры электрического питания от сети переменного тока:	
- напряжение, В	220^{+22}_{-22}
- частота, Гц:	50 ± 1
- потребляемая мощность, В.А, не более	10
11. Габаритные размеры, мм, не более:	355x333x110
12. Масса, кг, не более	5,8

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на Инструкцию по приме-
нению.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- весы	1 шт.
- плавкий предохранитель 1 А	1 шт.
- уплотнительные кольцевые прокладки	4 шт.
- упаковка	1 комплект
- инструкция по применению	1 экз.

ПОВЕРКА

Поверка весов производится по ГОСТ 8.453 "Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки".

Основное поверочное оборудование - гири IV разряда ГОСТ 7328.
Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы-изготовителя, ГОСТ 29329.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

типа

Весы VACS-15-JJ соответствуют требованиям НТА.

Изготовитель - фирма "TaiHang Instruments Factory", Sanyingpan, Bingzhou South Road, Taiyuan, Shanxi, China.

/ Начальник отдела "РОСТЕСТ-МОСКВА"  М.Е.Брон

Начальник сектора "РОСТЕСТ-МОСКВА"  Е.И.Перельман