

Подлежит публикации

в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ,

Зам. генерального директора

ФГУП «ВНИИ метрологии им. Д.М. Менделеева»



А.И. Рагулин

2007 г.

Корректоры объёма газа GVC-2010	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>16469-07</u> Взамен № <u>16469-97</u>
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выпускаются по технической документации фирмы «CUBES AND TUBES OY», Финляндия.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Корректоры объёма газа GVC-2010 предназначены для определения объёма газа и приведения его к стандартным условиям ( $t_c=20^{\circ}\text{C}$ ,  $T_c=293,15\text{K}$ ,  $P_c=0,101325\text{МПа}$ ).

Область применения – узлы коммерческого учета отпуска и потребления природного газа.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия корректора объёма газа GVC-2010 заключается в преобразовании входных сигналов, поступающих от измерительных преобразователей (давления, перепада давления и температуры) и расходомера (счетчика газа или расходомера переменного перепада давления), определении измеренного объёма в рабочих условиях и приведении его к стандартным условиям.

Коэффициент коррекции рассчитывается по формуле:

$$C_f = \frac{P \times T_c \times Z_c}{P_c \times T \times Z}$$

где:  $P_c, P$  - абсолютное давление газа при стандартных и рабочих условиях соответственно.

$T_c, T$  - термодинамическая температура газа при стандартных и рабочих условиях соответственно.

$Z_c, Z$  - коэффициент сжимаемости газа при стандартных и рабочих условиях соответственно.

Температура, давление и коэффициент сжимаемости, соответствующие стандартным условиям, вводятся при помощи программы C&T100, которая поставляется вместе с корректором.

Корректор может работать со счётчиком газа с импульсным выходом и расходомером переменного перепада давления с токовым выходом. При работе с расходомером переменного перепада объем газа вычисляется в соответствии с ГОСТ 8.586.5-2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств».

Возможно подключение от 1 до 3 расходомеров переменного перепада.

Рабочие температура и давление измеряются с помощью термопреобразователей сопротивления Pt-100 класса не хуже В и преобразователей давления с токовыми выходными сигналами (4...20) мА.

Корректор обеспечивает индикацию на дисплее следующих параметров:

- объём газа, приведённый к стандартным условиям, м<sup>3</sup>;
- объём газа, измеренный в рабочих условиях, м<sup>3</sup>;
- объёмный расход приведённый к стандартным условиям, м<sup>3</sup>/ч;
- максимальный объёмный расход, приведённый к стандартным условиям, м<sup>3</sup>/ч;
- давление газа, МПа (бар);
- перепад давления газа, МПа (мбар);
- температура газа, °С;
- коэффициент коррекции;
- коэффициент сжимаемости, МПа<sup>-1</sup>;
- суммарная энергия, МВт·ч;
- коэффициент преобразования счётчика газа, имп/м<sup>3</sup>;
- диапазоны измерения давления и температуры, МПа, °С;
- стандартное давление и температура, МПа, °С;
- сигналы тревог (неисправности и превышение пределов измерения давления и температуры).

Корректор (модель 2010-11) имеет токовые и релейные выходы для дистанционной передачи информации об измеряемых параметрах и сигналах тревоги. Корректор имеет возможность подключения модема.

Корректор сохраняет в энергонезависимой памяти информацию о параметрах и сигналах тревоги (причина, время начала и окончания тревоги). Период хранения 10 лет без внешнего источника питания.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Входные сигналы:

- импульсные частотой, кГц до 5
- токовые, мА от 4 до 20

Пределы допускаемой относительной погрешности, %  $\pm 0,5$

Корректор обеспечивает коррекцию объёма газа при температуре газа от минус 20 до 50°C и давлении от 0 до 4 МПа

Питание корректора от источника питания постоянного тока, В  $(24^{+36}_{-24})$

Габаритные размеры, мм, не более 400×200×55

Масса, кг, не более 3,6

#### Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С от минус 20 до 50
- относительная влажность, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус корректора методом голографии и эксплуатационную документацию типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

#### В комплект поставки входят:

- корректор объёма газа – 1 шт.;
- программное обеспечение – 1 экз.;
- комплект монтажных частей – 1 компл.;
- кабель RS-232 (1,5 м) – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.;
- Паспорт – 1 экз.;
- Методика поверки – 1 экз.;
- Описание управляющей программы – 1 экз.

## ПОВЕРКА

Поверка корректора объема газа осуществляется в соответствии с документом «Корректоры объема газа GVC-2010. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ Тест-С.-Петербург в 1997 году.

Оборудование необходимое для поверки:

- генератор сигналов специальной формы Г6-27,  $(1 \cdot 10^{-3} \dots 10^6)$  Гц;
- магазины сопротивлений Р4831  $(0,001 \dots 10^5)$  Ом, КТ 0,02; Р33  $(0,1 \dots 9 \cdot 10^4)$  Ом, КТ 0,2;
- частотомер ЧЗ-63 с режимом счёта импульсов  $(0 \dots 10^8)$  имп., ПГ  $\pm 1$  ед.мл.р.;
- вольтметр универсальный цифровой В7-40  $(0,1 \dots 1000)$  В, ПГ  $\pm 0,2\%$ ;
- источник постоянного тока Б5-45  $(0,1 \dots 50)$  В, ПГ  $\pm 0,1\%$ ;  $(0 \dots 0,5)$  А;
- осциллограф С1-117, ПГ  $\pm 2\%$ ;
- регулятор тока СКС-3;
- катушка сопротивления 10 Ом, ПГ  $\pm 0,01\%$ ;
- термометр стеклянный лабораторный ТЛ-4  $(0 \dots 50)^\circ\text{C}$ , ПГ  $\pm 0,1^\circ\text{C}$ ;
- барометр М-110  $(0 \dots 800)$  мм рт.ст., ПГ  $\pm 1$  мм рт.ст.;
- психрометр М-34  $(30 \dots 95)\%$ , ПГ  $\pm 3\%$ .

Межповерочный интервал – 1 год.

## НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПР 50.2-019-2006 «Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых счётчиков».

BS 4161 «Счётчики газа. Часть 8. Требования к электронным корректорам объёма газа».

ГОСТ 8.586.5-2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Методика выполнения измерений».

Техническая документация фирмы-изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип корректоров объема газа GVC-2010 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: фирма «CUBES AND TUBES OY», Финляндия.

Адрес: фирма «CUBES AND TUBES OY», Финляндия, 40951, г. Муураме.

Телефон: +358 14 631 422. Телефакс: +358 14 339 0627

От фирмы «CUBES AND TUBES OY»

