


«СОГЛАСОВАНО»

Зам. Генерального директора

«РОСТЕСТ-МОСКВА»

Э.И.Лаптиев

1999г.



Устройства измерительные стенды «Дюрофорд» для настенных покрытий моделей 2282 и измерителей для обоев моделей 2280. Внесены в государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 18578-99

Выпускается по технической документации фирмы «ABC - Myymalakaluste Oy» /Финляндия/.

#### Назначение и область применения.

Устройства измерительные стенды «Дюрофорд» для настенных покрытий моделей 2282 и измерителей для обоев моделей 2280, (далее устройства измерительные), предназначены для измерения длины рулона обоев и kleenki из бумаги и виниловых материалов и применяются для расчетов с покупателем в магазинах и на складах.

#### Описание.

Основными деталями конструкции измерительного устройства являются: направляющий вал, тянувший вал, вал для намотки и измерительный шкив определенного диаметра со счетчиком.

Процесс измерения осуществляется при помощи приведенного в движение при непосредственном соприкосновении с измеряемым покрытием измерительного шкива, соединенным со счетчиком. Подача покрытия производится за счет вращения рукоятки вручную. Отрезание покрытия необходимой длины производится вручную резцом, имеющим возможность двигаться вдоль паза отреза.

#### Основные технические характеристики.

| Наименование   | Характеристика |
|--|----------------|
| Диапазон измерения, м  | 0 – 100        |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения длины обоев и kleenki, % | ±0.5           |
| Ширина измеряемых обоев и kleenki, мм,   | От 500 до 1300 |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Габаритные размеры, мм, не более:<br>- измерителя для обоев модели 2280,<br>- стенда «Дюрофорд» для настенных покрытий модели 2282 | 1100×900×450<br>1650×900×1500 |
|--|-------------------------------|

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист эксплуатационной документации.

### Комплектность

В комплект поставки входят:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1) Шкив измерительный          | 1 шт. |
| 2) Вал направляющий            | 1 шт. |
| 3) Вал зажимной                | 1 шт. |
| 4) Вал для намотки             | 1 шт. |
| 5) Счетчик                     | 1 шт. |
| 6) Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

### Проверка.

Проверка осуществляется по ГОСТ 8. 471 – 82 «Машины для измерения длины текстильного полотна. Методы и средства поверки».

Основными средствами поверки являются:

- рулетка измерительная 3-го разряда по МИ 2060 - 90.  
Межповерочный интервал 1 год.

### Нормативные документы.

ГОСТ 27641-88 «Машины для измерения длины текстильного полотна»  
Техническая документация фирмы-изготовителя.

### Заключение.

Устройства измерительные стендов «Дюрофорд» для настенных покрытий моделей 2282 и измерителей для обоев моделей 2280, выпускаемые фирмой «ABC - Muymalakaluste Oy», /Финляндия/, соответствуют требованиям ГОСТ 27641-88 «Машины для измерения длины текстильного полотна» и технической документации фирмы – изготовителя.

Изготовитель: фирма «ABC - Muymalakaluste Oy»  
40950 MUURAME, FINLAND , телефон: + 358 14 631588, факс: 358 14 631995



Директор фирмы «ABC - Muymalakaluste Oy» Партанен

Начальник лаборатории  
ГЦИ СИ «РОСТЕСТ – МОСКВА»



В.К. Перекрест