

СОГЛАСОВАНО:



Зам. Генерального директора

“РОСТЕСТ-Москва”

А.С. Евдокимов

“ 27 ” 03 2000 г.

Микрометры гладкие цифровые серия 293 Заводские номера: 7162341, 7167924, 7288777	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 19977-00
--	---

Выпускаются по технической документации фирмы “MITUTOYO” (Япония).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Микрометры гладкие цифровые серии 293 фирмы “MITUTOYO” (далее микрометры фирмы “MITUTOYO”) предназначены для измерения наружных размеров изделий и применяются в условиях производства.

ОПИСАНИЕ

Микрометры фирмы “MITUTOYO” конструктивно состоят из измерительной скобы и устройства микрометрической подачи.

На измерительной скобе расположен экран на жидких кристаллах для отображения полученной при измерении информации, а также ряд кнопок, с помощью которых осуществляется управление показаниями и индикацией экрана. Определение полученного размера возможно не только при помощи экрана, но и по устройству микрометрической подачи.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ 7162341	№ 7167924	№ 7288777
Диапазон измерений, мм	0 - 25	25 - 50	50 - 75
Шаг дискретности электронного отсчетного устройства, мм	0.001		
Предел допускаемой погрешности для	± 0.002		

класса точности 1, мм			
Измерительное усилие, Н	5 - 10		
Питание	элемент питания на оксиде серебра SR 44, 1 шт.		
Продолжительность работы без замены элемента питания	1.2 года при нормальном использовании		
Допуск плоскостности измерительных поверхностей, мм	0.0009		
Допуск параллельности плоских измерительных поверхностей, мм	0.0012		
Температура хранения	от -10°C до 60°C		
Габаритные размеры, мм:			
длина	157	183	212
ширина	60	62	79
высота	24	24	24
Масса, кг, не более	0.310	0.380	0.470

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа единичного экземпляра наносится на титульный лист эксплуатационной документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки микрометров фирмы "MITUTOYO" входят:

- микрометр гладкий цифровой фирмы "MITUTOYO" ;
- установочная мера (для микрометров № 7167924 и № 7288777);
- футляра;
- паспорт.

ПОВЕРКА

Поверка микрометров фирмы "MITUTOYO" осуществляется по МИ 782 -85 "Микрометры с ценой деления 0.01 мм. Методика поверки."

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 6507 - 90 "Микрометры с ценой деления 0.01 мм. Технические условия.";
- Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Микрометры гладкие цифровые серии 293 фирмы "MITUTOYO" соответствуют ГОСТ 6507 - 90 и технической документации фирмы изготовителя.

Изготовитель: фирма "MITUTOYO", Япония

Заявитель

ООО "Сёрл Фарма"

Адрес: 142781, Московская область,

Ленинский район, д. Изварино,

ВНЦМДЛ, стр. 1

Генеральный директор


ООО "Сёрл Фарма"

Начальник лаборатории 445

ГЦИ СИ РОСТЕСТ-МОСКВА

Начальник сектора лаб. 445

ГЦИ СИ РОСТЕСТ-МОСКВА



П. Качер

В.К. Перекрест

Н.М. Попова