

**Срок действия до 21 марта 2021 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **21 марта 2016 г. № 288**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С. Голубев

" ..... " ..... 2016 г.

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Мультиметры цифровые APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N

#### Назначение средства измерений

Мультиметры цифровые APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N (далее – мультиметры) предназначены для измерения:

- напряжения постоянного и переменного тока;
- силы постоянного тока и переменного тока;
- частоты переменного тока;
- электрического сопротивления;
- электрической емкости;
- температуры (при помощи термопары типа К).

#### Описание средства измерений

Мультиметры цифровые APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N представляют собой портативные многофункциональные измерительные приборы, конструктивно выполненные в специальном пластмассовом защитном корпусе.

Принцип работы мультиметров заключается в преобразовании входного аналогового сигнала с помощью АЦП, последующей математической обработкой измеренных величин в зависимости от алгоритма расчета измеряемого параметра и отображении результатов на жидкокристаллическом дисплее.

На лицевой панели мультиметров расположены функциональные клавиши, поворотный переключатель, входные разъёмы, предназначенные для присоединения измерительных проводов и подключения их к измеряемой сети, жидкокристаллический цифровой дисплей. Включение и выключение мультиметров, выбор режимов измерения осуществляется при помощи поворотного переключателя. Функциональные клавиши служат для переключения пределов измерений и выбора специальных функций при измерениях. На задней панели мультиметров расположен отсек, закрытый съёмной крышкой, для установки элементов питания.

Для проведения измерений мультиметры непосредственно подключают к измеряемой цепи. Процесс измерения отображается на жидкокристаллическом дисплее в виде цифровых значений результатов измерений, аналоговой гистограммы, индикаторов режимов измерений, индикаторов единиц измерений и предупреждающих индикаторов.

Программное обеспечение мультиметров встроено в защищённую от записи память микроконтроллера, что исключает возможность его несанкционированных настройки и вмешательства, приводящим к искажению результатов измерений.

Мультиметры снабжены функцией «цифрового регистратора», позволяющего записывать во внутреннюю память 16000 для модификаций APPA-107 и APPA-107N и 40000 результатов измерений для модификаций APPA-109 и APPA-109N.



Рисунок 1 Фотография общего вида мультиметров

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Основные метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока

Пределы измерений	Разрешение	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
20 мВ	0,001 мВ	$\pm (0,0006 \cdot U + 60 \text{ е.м.р.})$
200 мВ	0,01 мВ	$\pm (0,0006 \cdot U + 20 \text{ е.м.р.})$
2 В	0,0001 В	$\pm (0,0006 \cdot U + 10 \text{ е.м.р.})$
20 В	0,001 В	
200 В	0,01 В	
1000 В	0,1 В	

Примечание – U – измеренное значение напряжения постоянного тока

Таблица 2 – Основные метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока

Пределы измерений	Разрешение	Частота	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
20 мВ; 200 мВ	0,001 мВ; 0,01 мВ	40 – 100 Гц	$\pm (0,007 \cdot U + 80 \text{ е.м.р.})$
		100 Гц – 1 кГц	$\pm (0,01 \cdot U + 80 \text{ е.м.р.})$
2 В; 20 В	0,0001 В; 0,001 В	40 – 100 Гц	$\pm (0,007 \cdot U + 50 \text{ е.м.р.})$
		100 Гц – 1 кГц	$\pm (0,01 \cdot U + 50 \text{ е.м.р.})$
		1 – 10 кГц	$\pm (0,02 \cdot U + 60 \text{ е.м.р.})$
		10 – 20 кГц	$\pm (0,03 \cdot U + 70 \text{ е.м.р.})$
		20 – 50 кГц	$\pm (0,05 \cdot U + 80 \text{ е.м.р.})$
		50 – 100 кГц	$\pm (0,1 \cdot U + 100 \text{ е.м.р.})$
200 В	0,01 В	40 – 100 Гц	$\pm (0,007 \cdot U + 50 \text{ е.м.р.})$
		100 Гц – 1 кГц	$\pm (0,01 \cdot U + 50 \text{ е.м.р.})$
		1 – 10 кГц	$\pm (0,02 \cdot U + 60 \text{ е.м.р.})$
		10 – 20 кГц	$\pm (0,03 \cdot U + 70 \text{ е.м.р.})$
		20 – 50 кГц	$\pm (0,05 \cdot U + 80 \text{ е.м.р.})$
750 В	0,1 В	40 – 100 Гц	$\pm (0,007 \cdot U + 50 \text{ е.м.р.})$
		100 Гц – 1 кГц	$\pm (0,01 \cdot U + 50 \text{ е.м.р.})$

Примечание – U – измеренное значение напряжения переменного тока

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока

Пределы измерений	Разрешение	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
20 мА	0,001 мА	$\pm (0,002 \cdot I + 40 \text{ е.м.р.})$
200 мА	0,01 мА	
2 А	0,0001 А	
10 А	0,001 А	

Примечание – I – измеренное значение силы постоянного тока

Таблица 4 – Основные метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока

Пределы измерений	Разрешение	Частота	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
20 мА	0,001 мА	40 – 500 Гц	$\pm (0,008 \cdot I + 50 \text{ е.м.р.})$
		500 Гц – 1 кГц	$\pm (0,012 \cdot I + 80 \text{ е.м.р.})$

Окончание таблицы 4

Пределы измерений	Разрешение	Частота	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
200 мА; 2 А; 10 А	0,01 мА;	40 – 500 Гц	$\pm (0,008 \cdot I + 50 \text{ е.м.р.})$
	0,0001 А;	500 Гц – 1 кГц	$\pm (0,012 \cdot I + 80 \text{ е.м.р.})$
	0,001 А	1 – 3 кГц	$\pm (0,02 \cdot I + 80 \text{ е.м.р.})$

Примечание – I – измеренное значение силы переменного тока

Таблица 5 – Основные метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения частоты переменного тока

Пределы измерений	Разрешение	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
20 Гц	0,001 Гц	$\pm(0,0001 \cdot f + 50 \text{ е.м.р.})$
200 Гц	0,01 Гц	$\pm(0,0001 \cdot f + 10 \text{ е.м.р.})$
2 кГц	0,0001 кГц	
20 кГц	0,001 кГц	
200 кГц	0,01 кГц	
1 МГц	0,0001 МГц	

Примечание – f – измеренное значение частоты переменного тока

Таблица 6 – Основные метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрического сопротивления

Пределы измерений	Разрешение	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
200 Ом	0,01 Ом	$\pm (0,003 \cdot R + 30 \text{ е.м.р.})$
2 кОм	0,0001 кОм	
20 кОм	0,001 кОм	
200 кОм	0,01 кОм	
2 МОм	0,0001 МОм	$\pm (0,003 \cdot R + 50 \text{ е.м.р.})$
20 МОм	0,001 МОм	$\pm (0,05 \cdot R + 50 \text{ е.м.р.})$
200 МОм	0,01 МОм	$\pm (0,05 \cdot R + 20 \text{ е.м.р.})$
2 ГОм	0,0001 ГОм	$\pm (0,05 \cdot R + 8 \text{ е.м.р.})$

Примечание – R – измеренное значение электрического сопротивления

Таблица 7 – Основные метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрической емкости

Пределы измерений	Разрешение	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
4 нФ	0,001 нФ	$\pm (0,015 \cdot C + 10 \text{ е.м.р.})$
40 нФ	0,01 нФ	
400 нФ	0,1 нФ	$\pm (0,009 \cdot C + 5 \text{ е.м.р.})$
4 мкФ	0,001 мкФ	
40 мкФ	0,01 мкФ	$\pm (0,012 \cdot C + 5 \text{ е.м.р.})$
400 мкФ	0,1 мкФ	
4 мФ	0,001 мФ	$\pm (0,015 \cdot C + 5 \text{ е.м.р.})$
40 мФ	0,01 мФ	

Примечание – C – измеренное значение электрической емкости

Таблица 8 – Основные метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения температуры (при помощи термопары типа К)

Диапазоны измерений	Разрешение	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений <sup>1</sup>
от минус 200 до минус 100 °С	0,1 °С	$\pm (0,001 \cdot T + 6 \text{ °С})$
от минус 100 до 400 °С	0,1 °С	$\pm (0,001 \cdot T + 3 \text{ °С})$
от 400 до 1200 °С	1 °С	

Примечания

1 – погрешность измерения нормирована без учета погрешности используемой термопары;  
Т – измеренное значение температуры.

Таблица 9 – Основные технические характеристики мультиметров

Наименование параметра	Значение
Питание	1 элемент питания 9 В типа «Крона»
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %, не более	от 0 до 50 80
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	212 × 100 × 55
Масса, кг, не более	0,6

Уровень защиты программного обеспечения «А» в соответствии с МИ 3286-2010.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель мультиметров методом трафаретной печати и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 10 – Комплектность мультиметров

Наименование	Количество	
	АРРА-107; АРРА-107N	АРРА-109; АРРА-109N
Мультиметр	1	1
Защитный чехол с подставкой	1	1
Провод измерительный	2	2
Зажим типа «крокодил»	2	2
Элемент питания 9 В типа «Крона»	1	1
Термопара типа К	1	1
Адаптер термопары	1	1
Интерфейсный кабель RS-232	–	1
Переходник DB9M-DB25F	–	1
Руководство по эксплуатации	1	1
Методика поверки МП-218/447-2010	1	1
Коробка упаковочная	1	1

### Поверка

осуществляется по документу МП-218/447-2010 «Мультиметры цифровые АРРА-107, АРРА-107N, АРРА-109, АРРА-109N. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в январе 2011 г.

Перечень основных средств, применяемых при поверке:

- калибратор универсальный FLUKE 5520A  
диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока: 0 – 1000 В;  
пределы допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta U$ ):  $\pm (0,000011 - 0,000018) \cdot U$ ;  
диапазон воспроизведения напряжения переменного тока: 1 мВ – 1020 В (10 Гц – 500 кГц);  
пределы допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta U$ ):  $\pm (0,00015 - 0,002) \cdot U$ ;  
диапазон воспроизведения силы постоянного тока: 0 – 20,5 А;  
пределы допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta I$ ):  $\pm (0,0001 - 0,0005) \cdot I$ ;  
диапазон воспроизведения силы переменного тока: 29 мкА – 20,5 А (10 Гц – 30 кГц);  
пределы допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta I$ ):  $\pm (0,0004 - 0,003) \cdot I$ ;  
диапазон воспроизведения частоты переменного тока: 0,01 Гц – 2 МГц;  
пределы допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta f$ ):  $\pm (2,5 \cdot 10^{-6}) \cdot f$ ;  
диапазон воспроизведения электрического сопротивления: 0,0001 Ом – 1100 МОм;  
пределы допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta R$ ):  $\pm (0,000028 - 0,003) \cdot R$ ;  
диапазон воспроизведения электрической емкости: 0,19 нФ – 110 мФ;  
пределы допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta C$ ):  $\pm (0,0025 - 0,011) \cdot C$ ;  
имитация сигнала термопары типа К: от минус 200 до 1372 °С; ( $\Delta T$ ):  $\pm (0,16 - 0,4) \cdot C$
- калибратор электрического сопротивления КС-100К5Т  
диапазон воспроизведения электрического сопротивления: 100 кОм – 5 ГОм;  
пределы допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta R$ ):  $\pm (0,015) \cdot R$

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методы измерений с помощью мультиметров цифровых APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N указаны в документе «Мультиметры цифровые APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N. Руководство по эксплуатации».

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к мультиметрам цифровым APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N**

1 ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

2 Мультиметры цифровые APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N. Руководство по эксплуатации.

### **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

### **Изготовитель**

Фирма «APPA Technology Corporation», Тайвань  
9F, 119-1 Pao-Zong Rd., Shintien, Taipei, 231, Taiwan  
Tel: +886-2-29178820; Fax: +886-2-29170848

### **Заявитель**

ЗАО «ПриСТ»  
Юридический адрес: 109444, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 9  
Фактический адрес: 115419, г. Москва, 2-й Донской пр., д. 9  
Тел.: (495)777-55-91. Факс: (495)633-85-02

**Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва»  
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31  
Тел. (495) 544-00-00; <http://www.rostest.ru>  
Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

В.Н.Крутиков

М.п.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

**Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва»  
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31  
Тел. (495) 544-00-00; <http://www.rostest.ru>  
Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии



В.Н.Крутиков

22» 04 2011 г.