


СОГЛАСОВАНО

Зам. Генерального директора
ФГУ "Ростест-Москва"



А.С.Евдокимов

2002 г.

Пипетки –рабочие эталоны 1 разряда
емкостью 135 см³ для поверки
сосудов типа СТА 10-135

Заводской номер №1 и №2

Внесены в Государственный
реестр средств измерений
Регистрационный № 23610-02
Взамен № _____

Выпускаются по техническим условиям ТУ 92-891.014-90.

Назначение и область применения

Пипетки –рабочие эталоны 1 разряда (далее - пипетки) емкостью 135 см³ предназначены для поверки сосудов специальных типа СТА 10-135 к стендам для топливной аппаратуры, изготовленных по ТУ 25-1110.040-82.

Описание

Пипетка представляет собой стеклянную трубку с расширенной средней частью в форме цилиндра. Нижняя часть трубки- сливной кончик имеет конусообразную форму. Нижняя кромка пипетки соответствует нулевой отметке. На пипетке нанесены круговые отметки в плоскости, перпендикулярной оси пипетки. Все отметки имеют цифровые значения. Отметки соответствуют значениям емкостей на пове

Основные технические характеристики

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды и воды, °С	20±5
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Номинальная емкость, см ³	135
Пределы допускаемой абсолютной погрешности пипеток при температуре 20 °С, см ³	±0,04
Время слива, с	35-40
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	570
- диаметр	40,5 ±0,5
Масса, кг, не более	0,110

Знак утверждения типа.

Знак утверждения типа наносится на расширенной цилиндрической части пипетки методом наката.

Комплектность.

В комплект входят:

- Пипетка, шт. - 1
- Упаковочная бумага, шт. - 1

Поверка.

Поверка производится по ГОСТ 8.100 « Меры вместимости стеклянные образцовые. Методы и средства поверки.»

При поверке должны применяться:

- весы образцовые 3-го разряда по ГОСТ 24104-88.
- гири образцовые 3-го разряда от 50 г до 2000 г. по ГОСТ 7328-2001.
- термометр лабораторный ТЛ-4 с делением 0,1 С по ТУ 25-2021.003-88.

Межповерочный интервал - 5 лет.

Нормативные и технические документы.

ТУ 92-891.014-90 - Технические условия.

ГОСТ 8.100-73 - « Меры вместимости стеклянные образцовые. Методы и средства поверки.»

Заключение.

Пипетки -рабочие эталоны 1 разряда вместимостью 135 см³ для поверки сосудов типа СТА 10-135 № 1 и № 2 соответствуют требованиям технических условий ТУ 92-891.014-90.

Изготовитель: ОАО «Химлаборприбор», г. Клин, Московская область, ул. Папивина, д. 3.

Главный инженер
ОАО «Химлаборприбор»



П.Н.Яковлев