

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель ГЦИ СИ  
Зам. Генерального директора  
ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»  
А.С. Евдокимов  
2004 г.

Весы «RHEWA Waagen 801»	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>28194-04</u> Взамен № _____
-------------------------	---

Изготовлены по технической документации фирмы «RHEWA Waagen 801» Германия зав. №№ 1512/90, 1513/90.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы «RHEWA Waagen 801» предназначены для определения массы краски, выпускаемой ООО «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН» г. Реутов Московской области.

Область применения – ООО «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН» г. Реутов Московской области.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза, расположенного на грузоприемной платформе, в аналоговый электрический сигнал, преобразовании сигнала в цифровую форму для последующей цифровой обработки микропроцессором и выдачи результата на цифровой индикатор.

Основные технические характеристики весов приведены ниже.

Наибольший предел взвешивания, кг	60
Наименьший предел взвешивания, кг	0,4
Дискретность, d, кг	0,02
Пределы допускаемой погрешности при поверке в эксплуатации в интервалах взвешивания, г, ±	
От 0,4 кг до 10 кг вкл	20
Св. 10 кг до 40 кг вкл.	40
Св. 40 кг	60
Класс точности по ГОСТ 29329	средний
Температура, ° С	+10... +40

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевой панели измерительного устройства в

виде голографической наклейки.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Весы                        | 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

## ПОВЕРКА

Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки». Средства поверки - гири М<sub>1</sub> ГОСТ 7328-01 «Гири. Общие технические требования».

Межповерочный интервал -1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29329-92 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования» и техническая документация фирмы-изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Тип весов «RHEWA Waagen 801» Германия зав. №№ 1512/90, 1513/90 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**      Фирма «RHEWA Waagen 801», Германия

**ЗАЯВИТЕЛЬ**        ООО «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН»  
143964 г. Реутов Московской области  
ул. Железнодорожная д.11

**"СОГЛАСОВАНО"**  
Генеральный директор  
ООО «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН»

Начальник лаборатории 444  
ФГУ «РОСТЕСТ - МОСКВА»



**А.Н. Быстров**

**В.П. Лопатин**