

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО:
Зам.руководителя ЦЦИ СИ
Зам.директора ФГУП УНИИМ
С.В.Медведевских

" _____ 2004 г.

Бюретки QUALICOLOR класса А вместимостью 10, 25 мл	Внесены в Государственный реестр средств измерений
	Регистрационный № <u>28441-05</u>
	Взамен № _____

Выпускаются по технической документации фирмы «QUALICOLOR S.R.L.», Италия

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бюретки QUALICOLOR класса А вместимостью 10, 25 мл (далее – бюретки) предназначены для измерения объема различных жидкостей в лабораториях предприятий.

Области применения: химическая и другие отрасли промышленности.

ОПИСАНИЕ

Бюретка представляет собой цилиндрическую трубку с измерительной шкалой, изготовленную из стекла, обладающего необходимыми свойствами химической и термической стойкости.

Верхняя часть бюретки слегка развальцована, а нижняя имеет сливной кран. Размеры и форма всех цифр и надписей обеспечивают возможность отсчета при нормальных условиях эксплуатации. Все отметки, цифры и надписи четкие и несмываемые. Время ожидания не более 30 с.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, мл	Цена наименьшего деления, мл	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мл	Масса, г, не более	Расстояние от нулевой отметки до верхней части бюретки, мм, не менее	Расстояние от самой нижней отметки до верхней части крана, мм, не менее	Длина сливного конца от нижней части крана, мм, не более	Общая длина, мм, не более
10	0,05	$\pm 0,02$	54	80	90	55 ± 1	550
25	0,1	$\pm 0,05$	65	75	65	57 ± 1	550

Условия эксплуатации:

-температура окружающего воздуха, °С

20±5

-атмосферное давление, кПа

84-106,7

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на верхнюю часть бюретки методом нанесения краски с последующей термообработкой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- бюретка, шт.	по заказу
- упаковочная бумага, шт.	1
- упаковочная коробка, шт	1

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.234-77 «ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки».

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

Техническая документация фирмы «QUALICOLOR S.R.L.», Италия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип бюреток QUALICOLOR класса А вместимостью 10, 25 мл утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен при ввозе по импорту.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Фирма «QUALICOLOR S.R.L.», via Tonale, 200; 21050 Marnate Valde Aosta, Italia.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ФГУП Уральский электрохимический комбинат. 624130, г. Новоуральск, Дзержинского, 2, тел. (270) 56245, факс (270) 57359.

Главный инженер ФГУП УЭХК



А.П.Обыденнов