



СОГЛАСОВАНО
руководитель ГЦИ СИ
ГРУПП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

" 22 " декабря 2007 г

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ типа ШЦЦ-III-400 (500, 630, 800, 1000 мм)	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>36767-08</u>
	Взамен № _____

Выпускаются по ГОСТ 166-89

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штангенциркули электронные типа ШЦЦ-III-400 (500, 630, 800, 1000 мм) (далее штангенциркули) предназначены для наружных и внутренних измерений.

Применяются в лабораторных и цеховых условиях в различных областях промышленности

ОПИСАНИЕ

Штангенциркули состоят из штанги со шкалой или без шкалы, рамки с жидкокристаллическим цифровым экраном с кнопками управления, зажимающего элемента, губок с плоскими измерительными поверхностями для измерений наружных размеров и губок с цилиндрическими измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров. Диапазоны измерений: 0-400; 0-500; 250-630; 250-800; 320-1000 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений, мм	Дискретность отсчета, мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм
0 – 400	0,01	± 0,04
0 – 500	0,01	± 0,05
250 – 630	0,01	± 0,06
250 – 800	0,01	± 0,06
320 – 1000	0,01	± 0,07

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак Утверждения типа наносится на паспорт штангенциркулей типографским методом и на штангу штангенциркуля методом наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- штангенциркуль;
- футляр;
- паспорт.

ПОВЕРКА

Поверка штангенциркулей проводится по ГОСТ 8.113-85 «ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки».

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МИ 2060-90 Рекомендация «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 1×10^{-6} ...50 м и длин волн в диапазоне 0,2...50 мкм»

ГОСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип штангенциркулей электронных типа ШЦЦ-III-400 (500, 630, 800, 1000 мм) утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПЗ «Челябинский инструментальный завод»

Фактический адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38.

Юридический адрес: 456660, Челябинская обл., Красноармейский район, село Миасское, территория ТОО СХП "Родниковское".

Тел.(3512) 68-99-01

Заявитель: **ЗАО ТД «Челябинский инструментальный завод»**

111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7.

тел/факс. (495) 380-06-23;

Сайт:www.tdchiz.ru

E-mail: chiz@rustools.ru

Генеральный директор
ЗАО ТД «Челябинский
инструментальный завод»



Р.Н. Ленин