

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 2280 от 30.10.2017 г.)

Анализаторы растворенного кислорода МАРК-409

Назначение средства измерений

Анализаторы растворенного кислорода МАРК-409 предназначены для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода (КРК) и температуры водных сред. Параметры анализируемой среды должны соответствовать нормам, установленным приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".

Описание средства измерений

Анализаторы растворенного кислорода МАРК-409 (в дальнейшем анализаторы) - это двухканальные измерительные приборы, состоящие из блока преобразовательного и датчиков кислородных ДК-409, ДК-409Т либо ДК-409ТМ.

При измерении КРК используется амперометрический датчик кислородный, по принципу работы совпадающий с полярографической ячейкой закрытого типа.

Каждый датчик кислородный оснащен микросхемой энергонезависимой памяти, в которой изначально записаны параметры термодатчика, а также фиксируются значения солесодержания в анализируемой среде и длины подключенной кабельной вставки, вводимые с блока преобразовательного.

Датчики кислородные - проточные (ДК-409Т, ДК-409ТМ) либо проточно-погружные (ДК-409). Они могут быть удалены с помощью кабельной вставки от блока преобразовательного: ДК-409 и ДК-409Т на расстояние до 100 м, ДК-409ТМ на расстояние до 31 м.

Блок преобразовательный - микропроцессорный, осуществляющий отображение результатов измерений значений КРК и температуры анализируемой среды, которые выводятся на экран графического ЖК индикатора (в дальнейшем индикатор). При этом возможен режим индикации одного из каналов измерений либо режим одновременной индикации двух каналов измерений.

По каждому каналу предусмотрен программируемый диапазон измерений по токовому выходу, что позволяет осуществлять регистрацию измеряемых значений с использованием токовых выходов. Установка унифицированного выходного сигнала (от 0 до 5 мА либо от 4 до 20 мА) может производиться отдельно для каждого канала.

В зависимости от исполнения анализатора питание блока преобразовательного может осуществляться от сети переменного тока 220 В, 50 Гц (МАРК-409, МАРК-409/1, МАРК-409Т, МАРК-409Т/1) либо 36 В, 50 Гц (МАРК-409/36, МАРК-409/1/36, МАРК-409Т/36, МАРК-409Т/1/36).

Блок преобразовательный выполнен в металлическом корпусе щитового либо настенного исполнения со степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65, погружаемая часть датчиков кислородных имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP68.

Анализатор осуществляет обмен информацией по интерфейсу RS-485.

Градуировка анализатора - полуавтоматическая, по воздуху с относительной влажностью 100 % с учетом атмосферного давления.

Общий вид анализатора представлен на рисунке 1.

Схема пломбирования от несанкционированного доступа к элементам конструкции, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.



а - Блок преобразовательный




б - Датчик кислородный ДК-409



в - Датчик кислородный ДК-409Т (ДК-409ТМ)

Рисунок 1 - Общий вид анализатора

Место нанесения
знака поверки



Место
пломбирования

а - Блок преобразовательный
настенного исполнения

Место
пломбирования



Место нанесения
знака поверки

б - Блок преобразовательный
щитового исполнения

Рисунок 2 - Схема пломбирования от несанкционированного доступа
к элементам конструкции (наклейка изготовителя),
обозначение места нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Анализаторы функционируют под управлением микроконтроллера, который использует встроенное программное обеспечение (ПО), позволяющее управлять прибором и процессом измерений, осуществлять обмен информацией по интерфейсу RS-485.

Запись метрологически значимого программного компонента (прошивка) производится в процессе изготовления анализаторов с помощью специальных программных средств. Конструкция анализаторов исключает возможность несанкционированного воздействия на программные компоненты и измерительную информацию в процессе эксплуатации.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО:	
– для платы индикации	409I.430.08.01
– для платы усилителя	409U.430.06.01
Номер версии (идентификационный номер) ПО:	
– для платы индикации	08.01
– для платы усилителя	06.01
Цифровой идентификатор ПО:	
– для платы индикации	0x91D9ACE1
– для платы усилителя	0x20C2CAF5

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
<p>Диапазон измерений анализатора:</p> <p>а) массовой концентрации растворенного в воде кислорода при температуре анализируемой среды +20 °С, мг/дм³</p> <ul style="list-style-type: none"> – с датчиками кислородными ДК-409 и ДК-409Т – с датчиком кислородным ДК-409ТМ <p>б) температуры анализируемой среды, °С</p>	<p>от 0 до 10</p> <p>от 0 до 45</p> <p>от 0 до +70</p>
<p>Диапазон унифицированного электрического выходного сигнала постоянного тока (далее выходной ток), мА:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на нагрузке, не превышающей 500 Ом – на нагрузке, не превышающей 2 кОм 	<p>от 4 до 20</p> <p>от 0 до 5</p>
<p>Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК при температуре анализируемой среды +(20,0±0,2) °С и температуре окружающего воздуха +(20±5) °С, мг/дм³:</p> <p>а) с датчиком кислородным ДК-409</p> <ul style="list-style-type: none"> – по индикатору – по токовому выходу <p>б) с датчиком кислородным ДК-409Т</p> <ul style="list-style-type: none"> – по индикатору – по токовому выходу <p>в) с датчиком кислородным ДК-409ТМ</p> <ul style="list-style-type: none"> – по индикатору – по токовому выходу 	<p>$\pm(0,0027+0,035 \cdot C)$</p> <p>$\pm[(0,0027+0,005 \cdot C_{duan})+0,035 \cdot C]$</p> <p>$\pm(0,001+0,035 \cdot C)$</p> <p>$\pm[(0,001+0,005 \cdot C_{duan})+0,035 \cdot C]$</p> <p>$\pm(0,003+0,035 \cdot C)$</p> <p>$\pm[(0,003+0,005 \cdot C_{duan})+0,035 \cdot C]$</p>

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК по индикатору и по токовому выходу, обусловленной изменением температуры анализируемой среды, на каждые ± 5 °С от нормальной $+(20,0 \pm 0,2)$ °С в пределах всего рабочего диапазона температур от 0 до $+70$ °С, мг/дм ³	$\pm(0,0005+0,013 \cdot C)$
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые ± 10 °С от нормальной $+(20 \pm 5)$ °С в пределах всего рабочего диапазона от $+5$ до $+50$ °С, мг/дм ³ : – по индикатору – по токовому выходу	$\pm(0,0004+0,006 \cdot C)$ $\pm[(0,0004+0,0025 \cdot C_{\text{duan}})+0,006 \cdot C]$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении КРК при температуре анализируемой среды, совпадающей с температурой градуировки, находящейся в диапазоне температур от $+15$ до $+35$ °С, при температуре окружающего воздуха $+(20 \pm 5)$ °С, мг/дм ³ : а) с датчиком кислородным ДК-409 – по индикатору – по токовому выходу б) с датчиками кислородными ДК-409Т – по индикатору – по токовому выходу в) с датчиками кислородными ДК-409ТМ – по индикатору – по токовому выходу	$\pm(0,0027+0,035 \cdot C)$ $\pm[(0,0027+0,005 \cdot C_{\text{duan}})+0,035 \cdot C]$ $\pm(0,001+0,035 \cdot C)$ $\pm[(0,001+0,005 \cdot C_{\text{duan}})+0,035 \cdot C]$ $\pm(0,003+0,035 \cdot C)$ $\pm[(0,003+0,005 \cdot C_{\text{duan}})+0,035 \cdot C]$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности анализатора при измерении температуры анализируемой среды при температуре окружающего воздуха $+(20 \pm 5)$ °С, °С	$\pm 0,3$
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности анализатора при измерении температуры анализируемой среды, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые ± 10 °С от нормальной $+(20 \pm 5)$ °С в пределах всего рабочего диапазона от $+5$ до $+50$ °С, °С	$\pm 0,1$
Время установления показаний анализатора при измерении КРК $t_{0,9}$, мин, не более	2
Время установления показаний анализатора при измерении КРК t_y , мин, не более: - с датчиком кислородным ДК-409, ДК-409ТМ - с датчиками кислородными ДК-409Т	30 60
Время установления показаний анализатора при измерении температуры анализируемой среды $t_{0,9}$, мин, не более: - с датчиком кислородным ДК-409 - с датчиками кислородными ДК-409Т, ДК-409ТМ	7 1

Наименование характеристики	Значение
Время установления показаний анализатора при измерении температуры анализируемой среды t_y , мин, не более:	
- с датчиком кислородным ДК-409	20
- с датчиками кислородными ДК-409Т, ДК-409ТМ	3
Время прогрева и установления теплового равновесия, ч, не более	0,5
Нестабильность показаний анализатора при измерении КРК за время 8 ч, мг/дм ³ :	
а) с датчиком кислородным ДК-409	$\pm(0,00135+0,0175 \cdot C)$
– по индикатору	$\pm[(0,00135+0,0025 \cdot C_{\text{дан}})+0,0175 \cdot C]$
– по токовому выходу	
б) с датчиками кислородными ДК-409Т	$\pm(0,0005+0,0175 \cdot C)$
– по индикатору	$\pm[(0,0005+0,0025 \cdot C_{\text{дан}})+0,0175 \cdot C]$
– по токовому выходу	
в) с датчиками кислородными ДК-409ТМ	$\pm(0,0015+0,0175 \cdot C)$
– по индикатору	$\pm[(0,0015+0,0025 \cdot C_{\text{дан}})+0,0175 \cdot C]$
– по токовому выходу	
где C - измеренное значение КРК, мг/дм ³ ; $C_{\text{дан}}$ - значение верхнего предела запрограммированного диапазона измерений КРК по токовому выходу, мг/дм ³ .	

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания:	
а) напряжение переменного тока, В:	
– для анализатора исполнений МАРК-409, МАРК-409/1, МАРК-409Т, МАРК-409Т/1	220^{+22}_{-33}
– для анализатора исполнений МАРК-409/36, МАРК-409/1/36, МАРК-409Т/36, МАРК-409Т/1/36	36^{+4}_{-6}
б) частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность при номинальном значении напряжения питания, В·А, не более	10
Габаритные размеры, мм, не более:	
а) блок преобразовательный щитового исполнения (без кабеля)	
– высота	115
– ширина	146
– длина	252
б) блок преобразовательный настенного исполнения (без кабеля)	
– высота	95
– ширина	170
– длина	266
в) датчик кислородный ДК-409	
– диаметр	Æ30
– длина (без кабеля)	135
г) датчики кислородные ДК-409Т, ДК-409ТМ	
– диаметр	Æ50
– длина (без кабеля)	110

Наименование	Обозначение	Количество, штук, на исполнение МАРК-							
		409	409/36	409/1	409/1/36	409Т	409Т/36	409Т/1	409Т/1/36
Датчик кислородный:									
1) ДК-409Т: - без кабельной вставки; - с кабельной вставкой**;	ВР40.02.000 ВР40.02.000-01	*	*	*	*	-	-	-	-
2) ДК-409Т: - без кабельной вставки; - с кабельной вставкой**;	ВР40.05.000-01 ВР40.05.000-02	-	-	-	-	*	*	*	*
3) ДК-409ТМ: - без кабельной вставки; - с кабельной вставкой***.	ВР40.05.000-03 ВР40.05.000-04	-	-	-	-				
Комплект монтажных частей	ВР37.03.000	1	1	1	1	1	1	1	1
Комплект монтажных частей	ВР49.06.000	1	1	-	-	1	1	-	-
Руководство по эксплуатации	ВР37.00.000РЭ	1	1	1	1	1	1	1	1
Паспорт	ВР37.00.000ПС	1	1	1	1	1	1	1	1

* Тип и количество (не более двух) по согласованию с заказчиком.

** Длина по согласованию с заказчиком (от 1 до 99 м).

*** Длина по согласованию с заказчиком (от 1 до 30 м).

Поверка

осуществляется по документу ВР37.00.000РЭ «Анализатор растворенного кислорода МАРК-409. Методика поверки», Приложение А1, утвержденному ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 24.04.2017 г.

Основные средства поверки:

- кислородно-азотные поверочные газовые смеси (ПГС):
 - а) ГСО 10650-2015 0 разряда, с объемной долей кислорода от 47,0 до 56,0 % и от 83,0 до 100 %;
 - б) ГСО 10651-2015 1 разряда, с объемной долей кислорода от 3,5 до 4,6 % и от 10,4 до 12,7 %;
- термометр лабораторный электронный ЛТ-300 (рег. № 61806-15).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых анализаторов с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) паспорт, и на блок преобразовательный.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам растворенного кислорода МАРК-409

ГОСТ 22018-84 Анализаторы растворенного кислорода амперометрические ГСП. Общие технические требования.

ГОСТ 8.652-2016 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массовой концентрации растворенных в воде газов (кислорода, водорода).

Р 50.2.045-2005 ГСИ. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки.

ТУ 4215-037-39232169-2010 Анализатор растворенного кислорода МАРК-409. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗОР» (ООО «ВЗОР»)
ИНН 5261003830
Адрес: 603003, г. Н. Новгород, ул. Заводской парк, д.33
Юридический адрес: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, д. 7, кв. 24
Телефон (факс): (831) 229-65-50
Web-сайт: <http://vzornn.ru>
E-mail: market@vzor.nnov.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»
(ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1
Телефон (факс): (831) 428-78-78, (831) 428-57-95
Web-сайт: <http://www.nncsm.ru>
E-mail: mail@nncsm.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Нижегородский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30011-13 от 27.11.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2017 г.