

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дефектоскопы ультразвуковые FOCUS PX

Назначение средства измерений

Дефектоскопы ультразвуковые FOCUS PX (далее по тексту - дефектоскопы) предназначены для измерений координат залегания дефектов (толщина изделия или глубина залегания дефектов и расстояние от точки ввода до проекции дефекта на поверхность сканирования) и амплитуд сигналов, отраженных от них, оценки условных размеров дефектов в сварных соединениях, основном материале оборудования, деталей, трубопроводов и прочих изделий из металлов, их сплавов и других материалов.

Описание средства измерений

Принцип действия дефектоскопа основан на возбуждении ультразвуковых колебаний (УЗК) в материале контролируемого объекта и приеме УЗК, отраженных от дефектов и границ материалов.

Ультразвуковая волна, генерируемая преобразователем дефектоскопа, проникает в объект контроля, распространяется в нем, отражается от несплошностей или донной поверхности объекта контроля, принимается преобразователем дефектоскопа и преобразовывается в электрический сигнал. Принятый сигнал регистрируется и обрабатывается процессором электронного блока. Обработанные сигналы передаются на компьютер, подключенный к электронному блоку дефектоскопа для визуализации и проведения измерений.

Конструктивно дефектоскопы состоят из электронного блока, подключаемого по сети Ethernet к компьютеру. Управление электронным блоком дефектоскопа осуществляется с помощью программного обеспечения (ПО), установленного на компьютере. К электронному блоку посредством кабеля подсоединяется стандартный ультразвуковой преобразователь или преобразователь с фазированной решеткой (ФР). Возможно подключение модулей для подключения дефектоскопа во автоматические линии и проведения автоматического сканирования. В дефектоскопах предусмотрена возможность подключения сканера и датчиков пройденного пути (энкодеров).

Дефектоскопы имеют следующие модификации:

32:128PR – реализованы четыре независимых ультразвуковых канала УЗ(УТ), предназначенных для работы с одноэлементными преобразователями и режим 32/128 для работы с преобразователями с ФР

16:64PR – реализованы четыре независимых ультразвуковых канала УЗ(УТ) и режим 16/64 для работы с преобразователями с ФР

16:128PR – реализованы четыре независимых ультразвуковых канала УЗ(УТ) и режим 16/128 для работы с преобразователями с ФР

4УТ – реализованы четыре независимых ультразвуковых канала УЗ(УТ).

Фотография общего вида дефектоскопов приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид дефектоскопа ультразвукового FOCUS PX




Рисунок 2 - Схема обозначение места пломбировки

Для предотвращения несанкционированного доступа дефектоскопы пломбируются на стыках панелей электронного блока под защитными угловыми накладками способом наклеивания этикетки изготовителя (рисунок 2).

В дефектоскопах используются преобразователи производства компании «Olympus».

Программное обеспечение

Обработка результатов измерений, управление дефектоскопом и параметрами контроля, создание и сохранение файлов с данными контроля, протоколов контроля, осуществляется с помощью программного обеспечения (ПО) Focus PC.

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные признаки ПО системы соответствуют данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Focus PC
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0R4 и выше
Цифровой идентификатор ПО	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон установки амплитуды генератора импульсов возбуждения (ГИВ) стандартных каналов, В:	от 50 до 190
Допускаемое отклонение установки амплитуды ГИВ, %	±20
Диапазон установки длительности ГИВ стандартных каналов (по уровню 0,5 амплитуды), нс	от 30 до 500

Наименование характеристики	Значение
Допускаемое отклонение установки длительности ГИВ (по уровню 0,5 амплитуды), %	±10
Диапазон установки усиления, дБ	от 0 до 80
Допустимое отклонение установки усиления, дБ	±2
Диапазон измерения толщины или глубины залегания дефектов по стали, мм	от 2 до 500
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения толщины или глубины залегания дефектов по стали, мм	$\pm(0,3+0,03 \cdot Y)$, где Y - измеренное значение толщины или глубины залегания дефекта, мм
Диапазон измерений расстояния от точки ввода до проекции дефекта на поверхность сканирования, мм	от 1 до 120
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояний от передней грани преобразователя до проекции дефекта на поверхность сканирования, мм	$\pm(0,3+0,03 \cdot X)$, где X - измеренное значение расстояния от точки ввода до проекции дефекта на поверхность сканирования, мм
Угол ввода преобразователя, °	от 1 до 80
Пределы допускаемого отклонения угла ввода наклонного преобразователя от номинального значения, °	±2
Пределы допускаемого отклонения точки ввода (стрелы) преобразователя, мм: - с номинальным значением угла ввода от 1° до 60° - с номинальным значением угла ввода от 60° до 80°	±0,5 ±1,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния энкодером в диапазоне от 0,01 до 10 м*, мм	$\pm(2+0,005 \cdot L)$, где L – измеренное энкодером значение расстояния, мм

* - наличие определяется заказом.

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Количество каналов**: - стандартных, шт. - 128-элементных ФР ультразвуковых каналов, шт.	4 16, 32
Диапазон показаний глубины залегания дефектов, мм	от 1 до 10160
Диапазон установки угла ввода преобразователя, °	от 1 до 90
Диапазон скоростей распространения ультразвука в контролируемых материалах, м/с	от 635 до 15240
Питание: - от сети переменного тока частотой от 50 до 60 Гц напряжением, В - от батареи Li-Ion напряжением, В	110±10 220±20 от 15 до 18
Потребляемая мощность, Вт, не более	50
Габаритные размеры электронного блока (высота × ширина × толщина), мм, не более	267x230x95
Масса электронного блока, кг, не более	4,78
Средний срок службы, лет	10
Средняя наработка на отказ, ч	30000
Условия эксплуатации дистанционного модуля: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха при температуре +30°С, %	От -40 до +50 От 5 до 100

** – количество каналов зависит от модификации и определяется заказом.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Количество
1 Дефектоскоп ультразвуковой FOCUS PX *	1 шт.
2 Адаптер для питания от сети переменного тока	1 шт.
3 Кабель питания	1 шт.
4 Аккумулятор *	2 шт.
5 Ethernet кабель	1 шт.
6 Кейс для транспортировки	1 шт.
7 Преобразователи на фазированных решетках или традиционные ПЭП*	1 компл.
8 Руководство по эксплуатации	1 экз.
9 Методика поверки	1 экз.
* - Модификация и количество зависит от заказа потребителя.	

Поверка

осуществляется по документу МП 046.Д4-18 «ГСИ. Дефектоскопы ультразвуковые FOCUS PX. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИОФИ» 28 сентября 2018 г.

Основные средства поверки:

Генератор сигналов сложной формы AFG 3022 (рег. № 32620-06);

Осциллограф цифровой TDS2012B (рег. № 32618-06);

Комплект мер ультразвуковых ККО-3 мера №2, мера №3, мера № 3Р (рег.№ 63388-16);

Тестер ультразвуковой УЗТ-РДМ (рег.№ 44488-10);
Комплект образцовых ультразвуковых мер толщины КМТ176М-1 (рег.№ 6578-78)
Микроскоп большой инструментальный БМИ-1 (рег.№ 1363-60);
Штангенциркуль ШЦЦ-I (рег.№ 52058-12).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки или оттиска поверительного клейма.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дефектоскопам ультразвуковым FOCUS PX

Техническая документация компании «Olympus Scientific Solutions Americas Inc.»

Изготовитель

Компания «Olympus Scientific Solutions Americas Inc.», Канада
Адрес: 505 boul. Du Parc-Technologies Quebec City, Quebec, G1P 4S9, Canada
Телефон: +1-418-872-1155
Веб-сайт: www.olympus-ims.com

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпас Москва»
(ООО «Олимпас Москва»)
ИНН 7703026005
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27 стр.8
Телефон: +7 (495) 956-66-91
Факс: +7 (495) 663-84-87
Web-сайт: www.olympus-ims.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46
Телефон: +7 (495) 437-56-33, факс: +7 (495) 437-31-47
Web-сайт: www.vniiofi.ru
E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИОФИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30003-14 от 23.06.2014 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2018 г.