УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

от «29» июля 2022 г. № 1868

Регистрационный № 79949-20

Лист № 1 Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Терморегистраторы-индикаторы пороговые ТИ-2-«Т-конт МК»

Назначение средства измерений

Терморегистраторы-индикаторы пороговые ТИ–2-«Т-конт МК» (далее по тексту – «терморегистраторы») предназначены для измерений и регистрации температуры, а также для выявления (индикации) и контроля нарушений температурного режима (выход за пределы заданных температурно-временных условий) в системе «холодовой цепи».

Описание средства измерений

Принцип действия терморегистраторов основан на измерении и преобразовании электрических сигналов, пропорциональных измеряемой температуре и поступающих в электронный блок от встроенных первичных преобразователей температуры, в цифровой код.

Терморегистраторы представляют собой автономные программируемые самописцы, многократного применения, фиксирующие температуру в течение заданного интервала времени и длительности записи. Считывание информации, накопленной в терморегистраторах, в виде отчетного файла формата «.pdf» или «.csv», а также запись в них новых установочных параметров производится с помощью персонального компьютера. Терморегистраторы позволяют установить различное количество пороговых значений температуры, при нарушении которых происходит индикация в мигающем режиме светодиода «Тревога». Опция настройки постоянно включенного дисплея позволяет использовать устройство для регистрации, мониторинга и отображения конкретных значений температуры в конкретный момент времени в помещениях, на витринах, в фармацевтических холодильниках и других средах с заданным температурным режимом.

Конструктивно все терморегистраторы выполнены в виде компактного моноблока из поликарбоната со встроенным первичным преобразователем. В корпус терморегистраторов встроен USB-разъем, с помощью которого они подключаются к персональному компьютеру. Терморегистраторы имеют съемный колпачок, закрывающий USB – разъем. На лицевой панели корпуса расположены органы управления и индикации: кнопки «Старт» и «Стоп»; LCD дисплей, на котором отображаются данные по текущей температуре, заряду батареи, значениям, установленным температурным пороговым зафиксированному нарушению температурных порогов, статусе работы устройства; световые индикаторы «НОРМА» и «ТРЕВОГА». Цветовая гамма этикеток и материал корпусов терморегистраторов могут быть изменены по решению Изготовителя (Правообладателя) в одностороннем порядке, при условии, что внутреннее наполнение терморегистраторов останется неизменным.

Общий вид терморегистраторов представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид терморегистраторов

Пломбирование термрегистраторов не предусмотрено. Заводские (индивидуальные) номера терморегистраторов нанесены на этикетки в виде наклеек-шильдиков, и неизменяемо прописаны во внутреннюю электронную память терморегистраторов. Конструкция терморегистраторов не предполагает нанесение знака поверки на этикетку средства измерения.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ΠO) терморегистраторов состоит из двух частей: из встроенного и автономного ΠO .

Метрологически значимым является только встроенное ПО, загружаемое в терморегистраторы на предприятии-изготовителе во время производственного цикла. Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

Идентификационные данные встроенного ПО терморегистраторов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	Firmware	
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.04	
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует	

Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014.

Автономная часть ПО применяется для настройки таких параметров терморегистраторов, как: количество пороговых значений, период измерения температуры, длительность записи и время задержки начала измерений («отложенный» старт). Первичная настройка параметров по умолчанию осуществляется на предприятии-изготовителе перед поставкой изделий конечному потребителю, дальнейшая настройка осуществляться потребителем самостоятельно.

Идентификационные данные автономного ΠO терморегистраторов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	TI-2 Termokont-MK	
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.2.4	
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует	

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики терморегистраторовиндикаторов пороговых ТИ-2-«Т-конт МК» приведены в таблицах 3, 4.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики			
Диапазон измерений температуры, °С	от -30 до +60			
Пределы допускаемой абсолютной погрешности	±0,5			
измерений температуры, °С	10,3			
Примечание:				
Допускается применять терморегистраторы в диапа	зоне измерений, лежащем внутри			
нормируемого диапазона измерений, приведенного в таблице.				

Таблица 4 – Основные технические характеристики

таолица 4 — Основные технические характеристики		
Наименование характеристики	Значение характеристики	
Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда) дисплея терморегистраторов, °C	0,1	
Количество пороговых значений	4 (2 верхних порога и 2 нижних	
	порога. Возможна настройка	
	устройства на 2,3,4 порога	
	опционально)	
Период измерения температуры	от 10 с до 18 ч	
Время задержки начала контроля после нажатия кнопки	от 1 до 254	
«Старт», мин	01 1 до 234	
Номинальное напряжение питания (от сменной литиевой	3	
батареи типа CR2032), В	3	
Габаритные размеры, мм, не более	90×40×20	
Масса, г, не более	30	
Рабочие условия эксплуатации:		
- температура окружающей среды, °С	от -30 до +60	
- относительная влажность воздуха (при окружающей		
температуре +25 °C), %, не более	95	
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	20 000	
Средний срок службы, лет, не менее	3	

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации на терморегистраторы типографским способом, а также на корпус терморегистратора с помощью наклейки.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Терморегистратор-индикатор пороговый	ТИ–2-«Т-конт МК»	1 шт.
Упаковка	-	1 шт.
Батарея типа CR2032	-	1 шт.
Контрольная карточка	-	1 экз.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.
Программное обеспечение (находится в свободном		
доступе для скачивания на сайте www.termokont.ru)	-	_

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 5 Руководства по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к терморегистраторам-индикаторам пороговым ТИ-2-«Т-конт МК»

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры;

ТУ 26.51.51-012-70082873-2019 Терморегистратор-индикатор пороговый ТИ-2-«Т-конт МК». Технические условия.

Изготовители

Общество с ограниченной ответственностью «Термоконт-МК» (ООО «Термоконт-МК»)

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, Северная промзона промышленная зона, Проектируемый проезд № 251, владение 1, офис 112

ИНН 7743506696

Тел. (факс): +7 (495) 120-00-50 E-mail: termo@termokont.ru Web-сайт: www.termokont.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Сонайт» (ООО «Сонайт») Адрес: 109028, г. Москва, ул. Яузская, дом 5, офис 102, пом. XVI, ком. 6

ИНН 7709998744

Тел. (факс): +7 (495) 120 0050 E-mail: termo@termokont.ru Web-сайт: www.termokont.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7(495) 437-55-77, факс: +7(495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru Web-сайт: www.vniims.ru

Уникальный номер записи $\Phi \Gamma Б У$ «ВНИИМС» об аккредитации по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа в реестре аккредитованных лиц $N \ge 30004-13$.