

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1020-76/1025-76

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НИКЕЛЯ В СТАЛЯХ, ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ И НИОБИЕМ И НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ КОБАЛЬТОМ (серия 8С)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава сталей, легированных вольфрамом и ниобием и не легированных кобальтом, на содержание никеля.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1986

Описание СО:

комплект включает 6 СО, материалом СО является сталь, легированная вольфрамом и ниобием и не легированная кобальтом. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание никеля, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
8C1	Ni	0.113	%	0.5	A
8C2	Ni	0.243	%	0.3	A
8C3	Ni	1.567	%	0.1	A
8C4	Ni	3.10	%	0.1	A
8C5	Ni	13.77	%	0.2	A
8C6	Ni	23.80	%	0.1	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.