

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1038-76/1041-76

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОСФОРА В СТАЛЯХ,
ЛЕГИРОВАННЫХ КРЕМНИЕМ ХРОМОМ, НИКЕЛЕМ (серия 16С)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава сталей легированных кремнием до 1 %, хромом и никелем до 5 %, на содержание фосфора

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1986

Описание СО:

комплект включает 4 СО, материалом СО является сталь легированная кремнием до 1 %, хромом и никелем до 5 %. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание фосфора, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
16С1	Р	0.0091	%	0.5	А

16С2	Р	0.0210	%	0.5	А
16С3	Р	0.049	%	0.5	А
16С4	Р	0.089	%	0.5	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.