

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1051-76

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (422)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной стали (ГОСТ 5058-65).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.08.1996

**Описание СО:**

материалом СО является легированная сталь (ГОСТ 5058-65). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
422	C	0.155	%	0.003	A
422	Mn	0.948	%	0.004	A

422	Si	0.34	%	0.01	A
422	P	0.0057	%	0.0005	A
422	S	0.0070	%	0.0004	A
422	Cr	0.072	%	0.002	A
422	Ni	0.144	%	0.004	A
422	Cu	0.153	%	0.003	A
422	V	0.107	%	0.002	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.