

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1075-76/1076-76

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОСФОРА В СТАЛЯХ,
ЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМОМ И НИКЕЛЕМ (серия 18С)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава сталей,
легированных хромом и никелем свыше 5 % на содержание фосфора

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1986

Описание СО:

комплект включает 2 СО, материалом СО является сталь, легированная хромом и
никелем свыше 5 %. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в
стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание фосфора, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
18С1	Р	0.0117	%	0.0004	А

18С2	Р	0.0231	%	0.0006	А
------	---	--------	---	--------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.