

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1077-76/1078-76

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОСФОРА В СТАЛЯХ,  
ЛЕГИРОВАННЫХ ТИТАНОМ, ЦИРКОНИЕМ И НИОБИЕМ (серия 20С)

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава сталей,  
легированных титаном, цирконием и ниобием, на содержание фосфора.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1986

**Описание СО:**

комплект включает 2 СО, материалом СО является сталь, легированная титаном,  
цирконием и ниобием. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в  
стеклянные банки с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание фосфора, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
20С1	Р	0.0063	%	0.2	А

20С2	Р	0.0156	%	0.2	А
------	---	--------	---	-----	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.