

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1079-76/1081-76

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕДИ В УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ (серия 21С)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации стандартных образцов состава углеродистых и легированных сталей на содержание меди.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1986

Описание СО:

комплект включает 3 СО, материалом СО является углеродистая и легированная сталь. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание меди, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
21С1	Cu	0.034	%	0.5	A

21C2	Cu	0.103	%	0.5	A
21C3	Cu	0.296	%	0.5	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.