

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1082-76/1087-76

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО ПЛОТНОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (комплект)
Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации образцовых радиоизотопных гамма-плотномеров в диапазоне плотностей (1200-2400) кг/м³.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1981

Описание СО:

материалом СО служат цементные бетоны, изготовленные по специальной технологии, разработанной ВНИИФТРИ. СО изготовлены в виде монолитов из цементных бетонов, помещенных в металлические обоймы, устанавливаемые в штативы. Комплект включает 6 СО.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
плотность, кг/м³

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Влияющие величины | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---|-----|
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---|-----|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|------|-------|---|---|
| 01 | Плотность | | 2407 | кг/м3 | 3 | А |
| 02 | Плотность | | 2105 | кг/м3 | 2 | А |
| 03 | Плотность | | 1990 | кг/м3 | 2 | А |
| 04 | Плотность | | 1830 | кг/м3 | 2 | А |
| 05 | Плотность | | 1500 | кг/м3 | 1 | А |
| 06 | Плотность | | 1200 | кг/м3 | 1 | А |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.