

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1102-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (С44)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной стали (ГОСТ 2246-70).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1986

Описание СО:

материалом СО является легированная сталь (ГОСТ 2246-70). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
С44	С	0.050	%	0.002	А
С44	Mn	0.371	%	0.002	А

C44	Si	0.260	%	0.006	A
C44	P	0.015	%	0.001	A
C44	S	0.0033	%	0.0006	A
C44	Cr	23.77	%	0.06	A
C44	Ni	6.03	%	0.05	A
C44	Mo	0.089	%	0.003	A
C44	V	0.158	%	0.003	A
C44	Ti	0.048	%	0.003	A
C44	Cu	0.094	%	0.004	A
C44	N	0.159	%	0.006	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.