

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1102-81П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Св-06Х24Н6ТАФМ (С44А)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа сталей легированных (ГОСТ 2246-70) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12344-77, ГОСТ 1236-78, ГОСТ 13248-78, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12352-66, ГОСТ 12356-66, ГОСТ 12345-80, ГОСТ 12351-66, ГОСТ 12359-66.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.12.1991

**Описание СО:**

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 2246-70). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
C44A	Ti	(0.01)	%		
C44A	C	0.057	%	0.001	A
C44A	Si	0.147	%	0.004	A
C44A	Mn	0.558	%	0.005	A
C44A	Cr	23.57	%	0.03	A
C44A	Ni	6.14	%	0.02	A
C44A	Mo	0.075	%	0.003	A
C44A	V	0.133	%	0.003	A
C44A	Cu	0.082	%	0.003	A
C44A	S	0.0060	%	0.0004	A
C44A	P	0.013	%	0.001	A
C44A	N	0.321	%	0.004	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.