

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1104-77/1105-77

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НИКЕЛЯ В СТАЛЯХ,
ЛЕГИРОВАННЫХ КОБАЛЬТОМ, ВОЛЬФРАМОМ И НИОБИЕМ (серия 9С)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации содержания никеля в стандартных образцах состава сталей, легированных кобальтом, вольфрамом и ниобием.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1986

Описание СО:

комплект включает 2 СО, материалом СО является сталь, легированная кобальтом, вольфрамом и ниобием. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 50 мл - 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание никеля, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
9С1	Ni	0.223	%	0.003	A

9C2	Ni	29.00	%	0.03	A
-----	----	-------	---	------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.