

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1112-77/1115-77

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НИОБИЯ В
УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ (серия 26)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации содержания ниобия в стандартных образцах состава углеродистых и легированных сталей.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1986

Описание СО:

комплект включает 4 СО, материалом СО является углеродистая и легированная сталь. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание ниобия, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
26С1	№	0.092	%	0.003	А

26С2	Nb	0.250	%	0.005	A
26С3	Nb	0.478	%	0.006	A
26С4	Nb	0.776	%	0.008	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.