

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1118-77/1119-77

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АЗОТА В УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ (серия 28С)

**Назначение СО:**

СО предназначены для аттестации содержания азота в стандартных образцах состава углеродистых сталей.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1986

**Описание СО:**

комплект включает 2 СО, материалом СО является углеродистая сталь. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание азота, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
28С1	N	0.0035	%	0.0003	A

28С2	N	0.0124	%	0.0005	A
------	---	--------	---	--------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.