

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1120-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОБАЛЬТА В СТАЛЯХ,
ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ (серия 31С)

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации содержания кобальта в стандартных образцах состава сталей, легированных вольфрамом.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1986

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная вольфрамом. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание кобальта, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
31С1	Со	5.37	%	0.02	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.