

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 113-71/115-71

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО ВОДЫ ТРИТИЕВОЙ (комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки радиометров трития типа УССМ с основной погрешностью измерения 10 %.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.06.1972

Описание СО:

комплект состоит из 3 СО. Измерения аттестуемых характеристик проводятся с помощью эталона единицы активности нуклидов в газах с использованием метода счетчиков внутреннего наполнения. При измерениях тритиевая вода переводится химическим путем в газ.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 12 месяцев

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная активность, распадов/с.г.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

01	Удельная активность источника		1xE+4	распадов/с	10.03xE+4	О
01	Удельная активность источника		1xE+5	распадов/с	10.03xE+5	О
01	Удельная активность источника		1xE+6	распадов/с	10.03xE+6	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.