

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1133-91П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 60 (У5Д)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава углеродистых сталей (ГОСТ 1050-88).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.2001

**Описание СО:**

материалом СО является углеродистая сталь (ГОСТ 1050-88). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	As	(<0.005)	%		
01	C	0.589	%	0.003	A

01	Si	0.256	%	0.003	A
01	Mn	0.768	%	0.005	A
01	S	0.0368	%	0.0006	A
01	P	0.0531	%	0.0007	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.