

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1134-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (С42)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной стали (ГОСТ 5632-72).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1997

Описание СО:

материалом СО является легированная сталь (ГОСТ 5632-72). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 50 мл - 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
С42	С	0.039	%	0.002	А
С42	Mn	0.389	%	0.004	А

C42	Si	0.53	%	0.01	A
C42	P	0.020	%	0.001	A
C42	S	0.0044	%	0.0005	A
C42	Cr	23.45	%	0.04	A
C42	Ni	27.07	%	0.07	A
C42	Mo	2.68	%	0.02	A
C42	Cu	2.85	%	0.03	A
C42	Ti	0.85	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.