

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1143-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДЛЯ ПОВЕРКИ РАДИОСПЕКТРОМЕТРОВ ЯМР НИЗКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Назначение СО:

СО предназначен для поверки радиоспектрометров ЯМР низкого разрешения по чувствительности.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1980

Описание СО:

СО изготовлен в виде раствора, содержащего 0.1 % объемных тяжелой воды в дистиллированной воде, в запаянной стеклянной ампуле. Объем раствора 15 мл.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИМСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание тяжелой воды (D2O), %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
	D2O	0.1	%	3	О

* при доверительной вероятности 0.98

*** А - абсолютная, О - относительная.