

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1150-77/1153-77

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА В ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ  
(28ф-31ф)

**Назначение СО:**

СО предназначены для спектрального определения водорода в титановых сплавах типа ВТ-14 (ГОСТ 19807-74).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1987

**Описание СО:**

материалом СО является сплав титановый типа ВТ-14 (ГОСТ 19807-74). СО изготовлены в виде прутков диаметром 12 мм и длиной 110 мм. Комплект состоит из 4 СО, упакованных в тару из органического стекла.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

Куйбышевский ф-л ВИАМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание водорода, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
28ф	Н	0.0016	%	0.0002	А

29ф	Н	0.0051	%	0.0004	А
30ф	Н	0.0096	%	0.0006	А
31ф	Н	0.0181	%	0.0007	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.