

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 116-71/118-71

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО РАСТВОРОВ ВОДЫ ТРИТИЕВОЙ В ЖИДКОМ
СЦИНТИЛЛЯТОРЕ (ЖС-8)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки радиометров трития типа УССМ с основной погрешностью измерения 10 %.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.06.1972

Описание СО:

комплект состоит из 3 СО. Измерения аттестуемых характеристик проводятся с помощью эталона единицы активности нуклидов в газах с использованием метода счетчиков внутреннего наполнения.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 12 месяцев

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная активность, распадов/ с.г.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

ЖС-8	Удельная активность источника		1xE+2	распадов/с	10.03xE+2	О
ЖС-8	Удельная активность источника		1xE+3	распадов/с	10.03xE+3	О
ЖС-8	Удельная активность источника		1xE+4	распадов/с	10.03xE+4	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.