

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1179-77

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ЗОЛОТОГО ПОКРЫТИЯ
(комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для для установления метрологических характеристик радиоизотопных толщиномеров покрытий типа "Бетамикрометр-2"

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1978

Описание СО:

комплект состоит из 5 СО. Покрытие нанесено на пластинки из латуни марки Л63 электролитическим способом. Рабочий участок, в пределах которого дается аттестованная характеристика, расположен в центре образца на площади 20 мм².

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность золотого покрытия, г/м²

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

	Поверхностная плотность покрытия		20 - 300	г/м ²	1 - 9	А
--	--	--	----------	------------------	-------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.