

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1180-77

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ СЕРЕБРЯНОГО
ПОКРЫТИЯ (комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для установления метрологических характеристик радиоизотопных толщиномеров покрытий типа "Бетамикрометр-2".

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1978

Описание СО:

комплект состоит из 5 СО. Покрытие нанесено на пластинки из латуни марки Л63 электролитическим способом. Рабочий участок, в пределах которого дается аттестованная характеристика, расположен в центре образца на площади 20 мм².

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность серебряного покрытия, г/м²

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

	Поверхностная плотность покрытия		30-200	г/м ²	1-7	А
--	--	--	--------	------------------	-----	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.