

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1219-77

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТИТАНА В ЧУГУНАХ (ЗЧ1)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации содержания титана в стандартных образцах состава чугунов, выпускаемых по ТУ 14-102-368-72, в соответствии с ГОСТ 11660-65.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1987

**Описание СО:**

материалом СО является чугун, выпускаемый по ТУ 14-102-368-72. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью (50-100) мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
содержание титана, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
ЗЧ1	Ti	0.108	%	0.002	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.