

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1220-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (С40)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной стали, выпускаемой по ГОСТ 5632-72, в соответствии с ГОСТ 12344-66 - ГОСТ 12361-66.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.07.1997

Описание СО:

материалом СО является легированная сталь, выпускаемая по ГОСТ 5632-72. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью (50-100) мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
С40	С	0.308	%	0.004	А

C40	Mn	1.33	%	0.01	A
C40	Si	0.379	%	0.005	A
C40	P	0.0130	%	0.0006	A
C40	S	0.007	%	0.001	A
C40	Cr	18.49	%	0.02	A
C40	Ni	9.42	%	0.03	A
C40	Mo	1.30	%	0.02	A
C40	Ti	0.081	%	0.003	A
C40	W	1.29	%	0.01	A
C40	Cu	0.112	%	0.003	A
C40	V	0.030	%	0.003	A
C40	Nb	0.24	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.