

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1227-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АЗОТА В ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ (29С)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений содержания азота в стандартных образцах легированных сталей, выпускаемых по ГОСТ 5632-72, в соответствии с ГОСТ 12359-66.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1987

Описание СО:

материалом СО является легированная сталь, выпускаемая по ГОСТ 5632-72. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью (50-100) мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание азота, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

29С2	N	0.069	%	0.001	A
------	---	-------	---	-------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.