

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1228-77

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АЗОТА В ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ (29С)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений содержания азота в стандартных образцах легированных сталей, выпускаемых по ГОСТ 5632-72, в соответствии с ГОСТ 12359-66.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1987

**Описание СО:**

материалом СО является легированная сталь, выпускаемая по ГОСТ 5632-72. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью (50-100) мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание азота, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

29СЗ	N	0.160	%	0.002	A
------	---	-------	---	-------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.