

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1240-77

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕРЫ В ЧУГУНАХ (серия 4Ч)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений содержания серы в стандартных образцах состава чугунов, выпускаемых по ГОСТ 1412-70, ГОСТ 1585-70, ГОСТ 805-69, в соответствии с ГОСТ 2331-63.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1987

Описание СО:

материалом СО является чугун, выпускаемый по ГОСТ 1412-70, ГОСТ 1585-70, ГОСТ 805-69. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью (50-100) мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание серы, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

4Ч1	S	0.0218	%	0.0006	A
-----	---	--------	---	--------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.