

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1247-77/1250-77

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (комплект 140)

Назначение СО:

СО предназначены для проведения спектрального анализа легированных сталей, выпускаемых по ГОСТ 5632-72, в соответствии с ГОСТ 12346-66, ГОСТ 12348-66, ГОСТ 12350-66, ГОСТ 12352-66, ГОСТ 12356-66.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1987

Описание СО:

материалом СО является легированная сталь, выпускаемая по ГОСТ 5632-72. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 35 мм и высотой 40 мм. Комплект включает 4 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	(0.06)	%		

02	C	(0.06)	%		
03	C	(0.06)	%		
04	C	(0.06)	%		
01	Mn	10.15	%	0.06	A
02	Mn	11.15	%	0.05	A
03	Mn	15.20	%	0.09	A
04	Mn	17.38	%	0.09	A
01	Si	0.395	%	0.008	A
02	Si	0.450	%	0.005	A
03	Si	0.637	%	0.003	A
04	Si	0.867	%	0.007	A
01	Cr	18.08	%	0.05	A
02	Cr	15.23	%	0.05	A
03	Cr	12.44	%	0.06	A
04	Cr	10.04	%	0.02	A
01	Ni	4.13	%	0.02	A
02	Ni	3.17	%	0.03	A
03	Ni	2.43	%	0.03	A
04	Ni	1.76	%	0.02	A
01	Ti	0.160	%	0.007	A
02	Ti	0.271	%	0.006	A
03	Ti	0.47	%	0.01	A
04	Ti	0.62	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.