

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1282-78

Количество СО в комплекте: 3

**Наименование СО:** СО КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ (ТВЕРДЫЙ СПЛАВ) комплект  
**Назначение СО:**

СО предназначены для поверки коэрцитиметров типа "Кобальт-1".

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1994

**Описание СО:**

комплект состоит из 3 СО изготовленных из сплавов по ГОСТ 3882-74, с номинальными размерами: КС-1 - марка сплава ВК20-КС (22x18x7) мм, КС2 - ВК6-М (5x5x5) мм, КС3 - ВК3-ОМ (35x20x4) мм

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**  
ХГНИИМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 2 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
коэрцитивная сила по намагниченности, кА/м

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
КС-1	Коэрцитивная сила		3.09	кА/м	1.5	О

КС-2	Коэрцитивная сила		16.48	кА/м	1.5	О
КС-3	Коэрцитивная сила		39.3	кА/м	1.5	О

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.