

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1283-78

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ (ТВЕРДЫЙ СПЛАВ) комплект
Назначение СО:

СО предназначены для поверки коэрцитиметров типа "Кобальт-1".

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1994

Описание СО:

комплект состоит из 4 СО изготовленных по ГОСТ 3882-74, с номинальными размерами: КС-4 - марка ВК80 (15x7x7) мм, КС-5 - марка ВК20-КС (60x15x15) мм, КС-6 - марка ВК15 (35x5x5) мм, КС-7 - марка ВК3-ОМ (5x5x5) мм.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):
ХГНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
коэрцитивная сила по намагниченности, кА/м

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
КС-4	Коэрцитивная сила		1.68	кА/м	1.5	О

КС-5	Коэрцитивная сила		3.29	кА/м	1.5	О
КС-6	Коэрцитивная сила		8.28	кА/м	1.5	О
КС-7	Коэрцитивная сила		40.3	кА/м	1.5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.